

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770905393424
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5. Servicii de mentenanță a Mașinii de anestezie Astra 3i						
5.1	Masina de anestezie Astra3i, OES Medical, Marea Britanie			1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	
Lotul 6. Servicii de mentenanță a ventilatoarelor pulmonare						
6.1	Ventilator pulmonar Mindray SV650			1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	
6.2	Ventilator pulmonar Hamilton C1					
6.3	Ventilator pulmonar Event Solution					
6.4	Ventilator pulmonar Maquet Servo-I					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Druță Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: MiaMedical” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Cojbut 11 of.45