

Anexa nr.4 la Specificatii tehnice lotul nr.12
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 din
19.08.2022

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.9 Camera oxigenoterapie** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Camera oxigenoterapie	Da, Camera oxigenoterapie model OXYSYS 4500, producator MEDIconet Co., Ltd. Coreea de Sud. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
2.	Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg.	Da, Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
3.	Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm	Da, Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
4.	Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar.	Da, Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
5.	Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar	Da, Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
6.	Supapa de acțiune în situații extreme prezentă	Da, Supapa de acțiune în situații extreme prezentă. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
7.	Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93%	Da, Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93%. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
8.	Sistema de control combinată cu condiționer.	Da, Sistema de control combinată cu condiționer. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
9.	Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min	Da, Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min. Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
10.	Filtru de aer dublu	Da, Filtru de aer dublu Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500
11.	Suprafața instalației 1/2,5 m	Da, Suprafața instalației 1/2,5 m Vezi catalogul atasat OXYSYS 4500. Vezi linkul: https://o2capsule.ru/cameras/oxsys4500

Semnat: _____
Numele, prenumele: Antonova Anna
În calitate de: Administrator
Ofertant: MedPunkt SRL
mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59