

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție		MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1648566468763				
Obiectul achiziției:		“Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului National de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)”				
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) (poziția nr. _2.1_)	<u>Meriscreen hiv 1-2 wb</u>	India	<u>Meril</u>	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ cu accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele trebuie să conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Specificitate ≥ 99%; Specificitate ≥ 98%	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ cu accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 22 minute Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 40 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (2 tuburi valabile pentru 40 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99,4% Specificitatea la HIV > 99,9% Testele trebuie să conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Specificitate ≥ 99%; Specificitate ≥ 98%	Prequalification Team Inspection services WHO PUBLIC INSPECTION REPORT (WHOPR) DESK REVIEW, CE, ISO 13485

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator