

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1564569569195	Data: 6 aug 2019, 10:00 - 13 aug 2019, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de Reparație a dispozitivelor medicale REPETAT III	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. LOT	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Lucrări de reparație și recondiționare a stațiilor de oxigen gazos							
1.1	5042100-2	Lucrări de extindere a rețelei centralizate de gaze medicale.	-	-	-	*Secția Chirurgie Toracică / Serviciu Bronhoscopie Intervențională: trasarea și montarea țevilor de O₂, Aer comprimat, Vacuum pentru 5 puncte, ce includ: (1 umidificator O₂, 2 aspiratoare vacuum centralizat și 5 prize format DIN(2-O₂, 1-AER, 2-VAC)). -Panou de perete din aluminiu cu (10 prize 220V) + (5 prize gae medicale) - 1 buc.. -Teava din cupru Ø10x1,0 mm - 15 m. -Teava din cupru Ø12x1,0 mm - 45 m. -Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 9 buc. -Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 3 buc. -Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø12x1,0 mm - 3 buc. -Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø15x1,0 mm - 3 buc. -Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri - 50 buc. Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016;	conform anexei nr. 1 anexate	CE/ISO
1.2	5042100-2	Lucrări de extindere a rețelei	-	-	-	*Secția Hemodializă: trasarea și montarea țevilor de O₂ pentru 2 puncte, ce includ: 2 buc.	conform anexei nr. 1 anexate	CE/ISO

		centralizate de gaze medicale.				prize O2 format DIN. -Teava din cupru Ø10x1,0 mm - 20 m. -Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 9 buc. -Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 2 buc. -Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri - 50 buc. Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016		
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**