

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1701441806350</u>
Denumirea procedurii “ Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36) ”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7						
Fotoliu ajustabil pentru colectarea probelor sanguine	YA-DS-M05	China	Zhangjiagang Medi medical Equipment Co., Ltd	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului în poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge. 1. Format din 3 secțiuni 2. Secțiunea spate și picioare ajustabile; 3. Unghiul de ajustare a spătarului până la minim 85 grade 4. Tapițerie - rezistentă la detergenți și substanțe de dezinfectare - da. 5. Cotiere reglabile; 6. Sarcină maximă de lucru ≥ 150 kg. 7. Culoare: Nu alb	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului în poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge. 1. Format din 3 secțiuni DA 2. Secțiunea spate și picioare ajustabile DA 3. Unghiul de ajustare a spătarului 90° 4. Tapițerie - rezistentă la detergenți și substanțe de dezinfectare DA 5. Cotiere reglabile DA 6. Sarcină maximă de lucru 200 kg. 7. Culoare: Nu alb DA	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău