



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

# CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 995

Data 03.08.2016

Vălabil până la „03” august 2021

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995, la recomandarea Consiliului Tehnico-Științific al INM, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie nr. 025, punctul 3 din „03” august 2016 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă legalizarea în Republica Moldova a mijlocul de măsurare aprobat

## ANALIZOR AL CONCENTRAȚIEI DE ETANOL DIN AERUL EXPIRAT

**tip Alcotest 6820**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător Dräger Safety AG & Co. KGaA, Republica Federală Germania,  
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. **I-0969:2016** din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în

NML R 126:2009.

(reglementarea de metrologie legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 985, care cuprinde 91 file.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR GENERAL



*A. Meleț*

ANATOLIE MELENCIUC