

Specificații tehnice

Specificații tehnice											
Numărul licitației:			LP nr. 21464052/ ocde-b3wdp1-MD-1754481656073						Data: „14 septembrie 2025		Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026						Pagina: 1 din 19		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic			Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
								Parametri tehnici	Sensibilitatea	Specificitatea	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
336000 00-6	1	AFP, cu calibratori (006510)	AFP, cu calibratori (006510)	1925-300	SUA	Monobind	AFP, cu calibratori (006510), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test	AFP, cu calibratori (006510), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661362
336000 00-6	2	Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă (006512)	Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă (006512)	CHLG0510	Germania	Novatec/Gold Standard	Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă (006512), Cerințe generale* de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti chlamidia pneumoniae IgG, (006512), Cerințe generale*. Setul include controale pentru determinarea calitativa a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	91.67%	95.12%	DM000662240
336000 00-6	3	Anti chlamidia pneumoniae IgM (006513)	Anti chlamidia pneumoniae IgM (006513)	CHLM0510	Germania	Novatec/Gold Standard	Anti chlamidia pneumoniae IgM (006513), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti chlamidia pneumoniae IgM, (006513), Cerințe generale*. Setul include controale pentru determinarea calitativa a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	90.0%	99.26%	DM000662238
336000 00-6	4	Anti chlamydia trh. IgA (006514)	Anti chlamydia trh. IgA (006514)	CTA.CE	Italia	DIA PRO	Anti chlamydia trh. IgA (006514), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti chlamydia trh. IgA (006514), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391862

336000 00-6	5	Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă (006515)	Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă (006515)	CTG.CE	Italia	DIA PRO	Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă (006515), Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti chlamydia trh. IgG , metoda cantitativă (006515), Cerințe generale* , de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391860
336000 00-6	6	Anti chlamydia trh. IgM (006516)	Anti chlamydia trh. IgM (006516)	CTM.CE	Italia	DIA PRO	Anti chlamydia trh. IgM (006516), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti chlamydia trh. IgM (006516), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391861
336000 00-6	7	Anti CMV IgG, metoda cantitativă (006517)	Anti CMV IgG, metoda cantitativă (006517)	CMVG.GE	Italia	DIA PRO	Anti CMV IgG, metoda cantitativă (006517), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti CMV IgG , metoda cantitativă (006517), Cerințe generale*. Setul contine calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391852
336000 00-6	8	Anti CMV IgM (006518)	Anti CMV IgM (006518)	CMVM.GE	Italia	DIA PRO	Anti CMV IgM (006518), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti CMV IgM , metoda cantitativă (006518), Cerințe generale*. Setul contine calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391851
336000 00-6	9	Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă (006519)	Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă (006519)	EBNG.CE	Italia	DIA PRO	Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă (006519), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti EBV EBNA IgG , metoda cantitativă (006519), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657294

336000 00-6	10	Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă (006520)	Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă (006520)	VCAG.CE	Italia	DIA PRO	Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă (006520), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti EBV VCA IgG , metoda cantitativă (006520), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657292
336000 00-6	11	Anti EBV VCA IgM (006521)	Anti EBV VCA IgM (006521)	VCAM.CE	Italia	DIA PRO	Anti EBV VCA IgM (006521), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti EBV VCA IgM (006521), Cerințe generale*. Setul include în afară de controlul "+" și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657293
336000 00-6	13	Anti HAV IgM (006525)	Anti HAV IgM (006525)	AVM.CE	Italia	DIA PRO	Anti HAV IgM (006525), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HAV IgM (006525), Cerințe generale*, Setul include în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657284
336000 00-6	14	Anti HCV IgM (006526)	Anti HCV IgM (006526)	CVM.CE	Italia	DIA PRO	Anti HCV IgM (006526), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	Anti HCV IgM (006526), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391672
336000 00-6	15	Anti HCV sumar (006527)	Anti HCV sumar (006527)	CVAB.CE	Italia	DIA PRO	Anti HCV sumar (006527), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Anti HCV sumar (006527), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	100%	100%	DM000391666
336000 00-6	16	Anti HDV IgM (006529)	Anti HDV IgM (006529)	DIM.CE	Italia	DIA PRO	Anti HDV IgM (006529), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HDV IgM (006529), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391675
336000 00-6	17	Anti HDV sumar (006530)	Anti HDV sumar (006530)	DAB.CE	Italia	DIA PRO	Anti HDV sumar (006530), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HDV sumar (006530), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391673

336000 00-6	18	Anti Helicobacter pylori IgA (006531)	Anti Helicobacter pylori IgA (006531)	HPA.CE	Italia	DIA PRO	Anti Helicobacter pylori IgA (006531), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti Helicobacter pylori IgA (006531), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657274
336000 00-6	19	Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă (006532)	Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă (006532)	HPG.CE	Italia	DIA PRO	Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă (006532), 1. Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti Helicobacter pylori IgG , metoda cantitativă (006532), 1. Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657272
336000 00-6	20	Anti Helicobacter pylori IgM (006533)	Anti Helicobacter pylori IgM (006533)	HPM.CE	Italia	DIA PRO	Anti Helicobacter pylori IgM (006533), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti Helicobacter pylori IgM (006533), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657273
336000 00-6	21	Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă (006534)	Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă (006534)	HSV.G.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă (006534), Cerințe generale*de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV (tip I,II) IgG , metoda cantitativă (006534), Cerințe generale*de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657286
336000 00-6	22	Anti HSV (tip I,II) IgM (006535)	Anti HSV (tip I,II) IgM (006535)	HSV.M.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV (tip I,II) IgM (006535), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV (tip I,II) IgM (006535), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657287
336000 00-6	23	Anti HSV tip I IgG (006536)	Anti HSV tip I IgG (006536)	HSV1G.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV tip I IgG (006536), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV tip I IgG (006536), Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657288
336000 00-6	24	Anti HSV tip I IgM (006537)	Anti HSV tip I IgM (006537)	HSV1M.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV tip I IgM (006537), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV tip I IgM (006537), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000657289
336000 00-6	25	Anti HSV tip II IgG (006538)	Anti HSV tip II IgG (006538)	HSV2G.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV tip II IgG (006538), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV tip II IgG (006538), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98%	> 98%	DM000657290

336000 00-6	26	Anti HSV tip II IgM (006539)	Anti HSV tip II IgM (006539)	HSV2M.CE	Italia	DIA PRO	Anti HSV tip II IgM (006539), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti HSV tip II IgM (006539), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98%	> 98%	DM000657291
336000 00-6	27	Anti mitocondriali Anti AMA 2 (006540)	Anti mitocondriali Anti AMA 2 (006540)	ORG 516	Germania	ORGENTEC	Anti mitocondriali Anti AMA 2 (006540), Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti mitocondriali Anti AMA 2 (006540), Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă **cu calibratori si controale. Set de 96 teste, Test	97.2%	94.2%	DM000304733
336000 00-6	28	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) (006541)	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) (006541)	12525-300	SUA	Monobind	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) (006541), Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu., Test	Anti-SARS-CoV-2 S1-RBD IgG , metoda ELISA; Set de 96 teste, include controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	98.3%	100%	DM000661436
336000 00-6	29	Anti SARS-CoV-2 IgM (006542)	Anti SARS-CoV-2 IgM (006542)	11725-300	SUA	Monobind	Anti SARS-CoV-2 IgM (006542), Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu., Test	Anti-SARS-cOv-2 (covid-19) IgM , metoda ELISA; Set de 96 teste ,Este inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	97.6%	100%	DM000661432
336000 00-6	30	Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă (006543)	Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă (006543)	TOXOG.CE	Italia	DIA PRO	Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă (006543), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti Toxoplasma gn. IgG , metoda cantitativă (006543), Cerințe generale*, include calibratori si controale pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391854
336000 00-6	31	Anti Toxoplasma gn. IgM (006544)	Anti Toxoplasma gn. IgM (006544)	TOXOM.CE	Italia	DIA PRO	Anti Toxoplasma gn. IgM (006544), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti Toxoplasma gn. IgM (006544), Cerințe generale*, Setul include in afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391853
336000 00-6	32	Anti ureaplasma urealyticum IgA (006545)	Anti ureaplasma urealyticum IgA (006545)	D-2258	Rusia	Vector Best	Anti ureaplasma urealyticum IgA (006545), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti ureaplasma urealyticum IgA (006545), Cerințe generale*, sunt inclusi controlul “+”și “-”, stripurile plansetei sunt detasabile 12 a cate 8 godeuri. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000111313

336000 00-6	33	Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă (006546)	Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă (006546)	D-2254	Rusia	Vector Best	Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă (006546), Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile.. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anti ureaplasma urealyticum IgG , metoda calitativa (006546), Metoda ELISA; Cerințe generale*, sunt incluși controlul “+”și “-” determinarea cantitativă a anticorpilor, stripurile plansetei sunt detașabile 12 a cate 8 godeuri. Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000111312
336000 00-6	35	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin (006480)	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin (006480)	c00056	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin (006480), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin (006480), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663247
336000 00-6	36	Anticorpi IgE specific anti-articain (006481)	Anticorpi IgE specific anti-articain (006481)	c00068	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-articain (006481), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste., Test	Anticorpi IgE specific anti-articain (006481), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste., Test	nu necesita	nu necesita	DM000663241
336000 00-6	37	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (006482)	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (006482)	c00089	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (006482), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (006482), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663250
336000 00-6	38	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (006483)	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (006483)	c00055	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (006483), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (006483), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663248
336000 00-6	39	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (006491)	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (006491)	c00108	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (006491), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (006491), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663245
336000 00-6	40	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (006484)	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (006484)	c00125	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (006484), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (006484), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663246

336000 00-6	41	Anticorpi IgE specific anti- epinefrin (006485)	Anticorpi IgE specific anti- epinefrin (006485)	c00196	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin (006485), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin (006485), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663244
336000 00-6	42	Anticorpi IgE specific anti- ketoprofen (006492)	Anticorpi IgE specific anti- ketoprofen (006492)	c00172	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (006492), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (006492), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663251
336000 00-6	43	Anticorpi IgE specific anti- lidocain (006486)	Anticorpi IgE specific anti- lidocain (006486)	c00082	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-lidocain (006486), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-lidocain (006486), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663242
336000 00-6	44	Anticorpi IgE specific anti- mepivacain (006487)	Anticorpi IgE specific anti- mepivacain (006487)	c00088	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain (006487), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain (006487) , Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663243
336000 00-6	45	Anticorpi IgE specific anti- metronidazol (006493)	Anticorpi IgE specific anti- metronidazol (006493)	c00153	Germania	Dr. FOOKE	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol (006493), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol (006493), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	nu necesita	nu necesita	DM000663249
336000 00-6	46	AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM (006548)	AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM (006548)	BCM.CE	Italia	DIA PRO	AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM (006548), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	AntiHBcoreAg IgM , metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM (006548), Cerințe generale*, Setul include calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98 %	> 98 %	DM000391662
336000 00-6	47	AntiHBcoreAg sumar (006549)	AntiHBcoreAg sumar (006549)	BCAB.CE	Italia	DIA PRO	AntiHBcoreAg sumar (006549), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	AntiHBcoreAg sumar (006549), Cerințe generale*, Setul include în afară de controlul “+”și “-”, si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000391661

336000 00-6	48	AntiHBsAg, metoda cantitativă (006550)	AntiHBsAg, metoda cantitativă (006550)	SAB.CE	Italia	DIA PRO	AntiHBsAg, metoda cantitativă (006550), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	AntiHBsAg , metoda cantitativă (006550), Cerințe generale*,Setul include calibratori și controale pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	98.8%	DM000391660
336000 00-6	49	Anti-TPO cu calibratori, ELISA (006551)	Anti-TPO cu calibratori, ELISA (006551)	1125-300, AIT-101 control	SUA	Monobind	Anti-TPO cu calibratori, ELISA (006551), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Anti TPO , cu control și calibratori (006551). Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661350, DM000661523
336000 00-6	52	AT/TG cu calibratori, ELISA (006554)	AT/TG cu calibratori, ELISA (006554)	1025-300, AIT-101 control	SUA	Monobind	AT/TG cu calibratori, ELISA (006554), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	AT/TG , cu calibratori, ELISA (006554), cu control și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661348, DM000661523
336000 00-6	53	CA 125, cu calibratori, ELISA (006555)	CA 125, cu calibratori, ELISA (006555)	3025-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	CA 125, cu calibratori, ELISA (006555), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producator, Test	CA 125 cu calibratori, ELISA (006555), Cerințe generale*, controale și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661364, DM000661527
336000 00-6	54	CA 15-3, cu calibratori, ELISA (006556)	CA 15-3, cu calibratori, ELISA (006556)	5625-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	CA 15-3, cu calibratori, ELISA (006556), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	CA 15-3 , cu calibratori, ELISA (006556), Cerințe generale* Setul include controale și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661366, DM000661527

336000 00-6	55	CA 19-9 cu calibratori (006557)	CA 19-9 cu calibratori (006557)	3925-300, TMC- 300 control	SUA	Monobind	CA 19-9 cu calibratori (006557), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test	CA 19-9 cu calibratori (006557). Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Setul include controale si calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661368, DM000661527
336000 00-6	58	Calcitonina, ELISA (006560)	Calcitonina, ELISA (006560)	9325-300	SUA	Monobind	Calcitonina, ELISA (006560), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Calcitonina, ELISA (006560), Cerințe generale* in set sunt inclusi in afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000380052
336000 00-6	59	CEA , cu calibratori, ELISA (006561)	CEA , cu calibratori, ELISA (006561)	4625-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	CEA , cu calibratori, ELISA (006561), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test	CEA, cu calibratori, ELISA (006561), Cerințe generale*, setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000380054, DM000674807
336000 00-6	60	Control negativ pentru IgE specific (006488)	Control negativ pentru IgE specific (006488)	07002	Germania	Dr. FOOKE	Control negativ pentru IgE specific (006488), Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific, ml	Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml)	nu necesita	nu necesita	DM000306859
336000 00-6	61	Control pozitiv pentru IgE specific (006494)	Control pozitiv pentru IgE specific (006494)	07001	Germania	Dr. FOOKE	Control pozitiv pentru IgE specific (006494), Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific, ml	Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml)	nu necesita	nu necesita	DM000306862
336000 00-6	62	Cortizol cu calibratori, ELISA (006562)	Cortizol cu calibratori, ELISA (006562)	3625-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Cortizol cu calibratori, ELISA (006562), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Cortizol cu calibratori, ELISA (006562), Cerințe generale*, setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661456, DM000674807

336000 00-6	63	C-peptid (006563)	C-peptid (006563)	2725-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	C-peptid (006563), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	C-peptid (006563), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661386, DM000674807
336000 00-6	67	Determinarea Anti HBe (006566)	Determinarea Anti HBe (006566)	HBE.CE	Italia	DIA PRO	Determinarea Anti HBe (006566), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Determinarea Anti HBe (006566), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98%	> 98%	DM000391663
336000 00-6	70	Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA (006610)	Determinarea D- dimer set 96 teste , ELISA (006610)	12025-300	SUA	Monobind	Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA (006610), Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	D-dimer set 96 teste , ELISA (006610), Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661438
336000 00-6	71	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (006612)	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (006612)	9425-300	SUA	Monobind	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (006612), Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	Vitamina D set 96 teste , ELISA (006612), Determinarea Vitamina D set 96 teste, ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661360
336000 00-6	72	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (006611)	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (006611)	7625-300	SUA	Monobind	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (006611), Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	Vitamina B 12 set 96 teste , ELISA (006611), Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA Cerințe generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661342
336000 00-6	73	DHEA-S ELISA (006567)	DHEA-S ELISA (006567)	5125-300	SUA	Monobind	DHEA-S ELISA (006567), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste, Test	DHEA-S ELISA (006567), Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661460
336000 00-6	74	Estradiol, cu calibratori ELISA (006568)	Estradiol, cu calibratori ELISA (006568)	4925-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Estradiol, cu calibratori ELISA (006568), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Estradiol , cu calibratori ELISA (006568), Cerințe generale*, setul include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661464, DM000674807

336000 00-6	75	Feritina cu calibratori (006569)	Feritina cu calibratori (006569)	2825-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Feritina cu calibratori (006569), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Feritina cu calibratori (006569), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661334, DM000674807
336000 00-6	76	HbeAg/ Ab (006570)	HbeAg/ Ab (006570)	HBE.CE	Italia	DIA PRO	HbeAg/ Ab (006570), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Determinarea Anti HBe (006566), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	> 98%	> 98%	DM000391663
336000 00-6	77	HBs Ag set confirmativ (006571)	HBs Ag set confirmativ (006571)	SCONF.CE	Italia	DIA PRO	HBs Ag set confirmativ (006571), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	HBs Ag set confirmativ (006571), Componenta kit-ului: Reagent de neutralizare, Control Reagent si diluent. Setul contine 20 teste. Metoda de determinare ELISA	100%	vezi p.O instrucțiune de utilizare	DM000391664
336000 00-6	78	HBsAg, 96 teste ELISA (006528)	HBsAg, 96 teste ELISA (006528)	SAGIULTRA. CE	Italia	DIA PRO	HBsAg, 96 teste ELISA (006528), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	HBsAg , 96 teste ELISA (006528), Cerințe generale*, setul include control și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste , Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	100%	100%	DM000391656
336000 00-6	79	HCG ELISA (006572)	HCG ELISA (006572)	825-300	SUA	Monobind	HCG ELISA (006572), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	HCG ELISA (006572), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 96 teste, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661401
336000 00-6	81	Hormonul foliculostimul ant (FSH) cu calibratori, ELISA (006574)	Hormonul foliculostimulan t (FSH) cu calibratori, ELISA (006574)	425-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA (006574), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile și reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA (006574), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile și reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661399, DM000674807

336000 00-6	82	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA (006575)	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA (006575)	625-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA (006575), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA (006575), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661411, DM000674807
336000 00-6	84	Imunoglobulina E totală cu calibratori (006577)	Imunoglobulina E totală cu calibratori (006577)	2525-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Imunoglobulina E totală cu calibratori (006577), Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control, Test	Imunoglobulina E totală cu calibratori (006577), Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, în set să fie inclus și material de control, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661338, DM000674807
336000 00-6	87	Kit Cantitativ Reference (006489)	Kit Cantitativ Reference (006489)	076000PQ	Germania	Dr. FOOKE	Kit Cantitativ Reference (006489), Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Kit Cantitativ Reference (006489), Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6	nu necesita	nu necesita	DM000306841
336000 00-6	88	Kit Conjugate pentru IgE specific (006490)	Kit Conjugate pentru IgE specific (006490)	0560200PKL	Germania	Dr. FOOKE	Kit Conjugate pentru IgE specific (006490), Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Kit Conjugate pentru IgE specific (006490), Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop.	vezi p.7 instructiune de utilizare	vezi p.7 instructiune de utilizare	DM000306849
336000 00-6	89	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3 ml (006581)	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml (006581)	ML-300B	SUA	Monobind	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml (006581), Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml, set	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)pentru urmatoorii parametri: AFP, AMH, CEA, Cortisol, C-Peptide, DHEA, DHEA S, DIG, Estradiol, Estriol, Ferritin, Folate, FSH, hCG, hGH, IgE, Insulin, LH, PRL, Progesterone, PSA, FPSA, SHBG, Testo, Free Testo, T3, FT3, T3U, T4, FT4, TSH, Vit B12, 17OHP) trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml	nu necesita	nu necesita	DM000674807
336000 00-6	90	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml (006582)	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml (006582)	TG-300	SUA	Monobind	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml (006582), Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml, set	Multi-ligand control Tri-level, Tireoglobulin , 2x3ml (006582)QSure® Tg Control Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml, set	nu necesita	nu necesita	DM000661526

336000 00-6	91	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml (006583)	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml (006583)	TMC-300	SUA	Monobind	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml (006583), Certificat CE.Pentru trei markeri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml, set	Multi-ligand control Tri-level pentru trei markeri oncologici: Certificat CE.Pentru trei markeri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml, set	nu necesita	nu necesita	DM000661527
336000 00-6	92	Mycoplasma hominis IgA (006584)	Mycoplasma hominis IgA (006584)	D-4358	Rusia	Vector Best	Mycoplasma hominis IgA (006584), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Mycoplasma hominis IgA (006584), Cerințe generale*, sunt incluși controlul “+”și “-” , stripurile planșetei sunt detașabile 12 a cate 8 godeuri. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000111324
336000 00-6	93	Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă (006585)	Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă (006585)	D-4352	Rusia	Vector Best	Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă (006585), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Mycoplasma hominis IgG , metoda calitativa (006585), Cerințe generale*, sunt incluși controlul “+”și “-” , stripurile planșetei sunt detașabile 12 a cate 8 godeuri. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000111323
336000 00-6	94	Mycoplasma pneumoniae IgG (006587)	Mycoplasma pneumoniae IgG (006587)	MYCG0350	Germania	Novatec/Gold Standard	Mycoplasma pneumoniae IgG (006587), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Mycoplasma pneumoniae IgG (006587), Cerințe generale*, Setul contine control. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	97.8%	DM000662387
336000 00-6	95	Mycoplasma pneumoniae IgM (006588)	Mycoplasma pneumoniae IgM (006588)	MYCM0350	Germania	Novatec/Gold Standard	Mycoplasma pneumoniae IgM (006588), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Mycoplasma pneumoniae IgM (006588), Cerințe generale*, Setul contine control. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	99.29%	DM000662388
336000 00-6	96	Parathormon (PTH) ELISA (006589)	Parathormon (PTH) ELISA (006589)	9025-300	SUA	Monobind	Parathormon (PTH) ELISA (006589), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Parathormon (PTH) ELISA (006589), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător Set de 96 teste, Test	vezi p.14.2 instructiune de utilizare	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661356
336000 00-6	97	Progesteron, cu calibratori, ELISA (006590)	Progesteron, cu calibratori, ELISA (006590)	4825-300, ML-300B	SUA	Monobind	Progesteron, cu calibratori, ELISA (006590), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Progesteron , cu calibratori, ELISA (006590), Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instructiune de utilizare	DM000661468, DM000674807

336000 00-6	98	Prolactina cu calibratori ELISA (006591)	Prolactina cu calibratori ELISA (006591)	4425-300, ML- 300B	SUA	Monobind	Prolactina cu calibratori ELISA (006591), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător, Test	Prolactina cu calibratori ELISA (006591), Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661417, DM000674807
336000 00-6	99	PSA liber cu calibratori (006592)	PSA liber cu calibratori (006592)	2325-300, ML- 300B	SUA	Monobind	PSA liber cu calibratori (006592), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	PSA liber cu calibratori (006592), Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000368080, DM000674807
336000 00-6	100	PSA, cu calibratori, ELISA (006593)	PSA, cu calibratori, ELISA (006593)	2125-300, ML- 300B	SUA	Monobind	PSA, cu calibratori, ELISA (006593), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător., Test	PSA , cu calibratori, ELISA (006593), Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000368081, DM000674807
336000 00-6	104	T 3 cu calibratori (006598)	T 3 cu calibratori (006598)	125-300, ML- 300 control	SUA	Monobind	T 3 cu calibratori (006598), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	T 3 cu calibratori (006598), Cerințe generale*, include control si calibrator. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661480, DM000674807
336000 00-6	105	T 4 cu calibratori (006599)	T 4 cu calibratori (006599)	225-300, ML- 300 control	SUA	Monobind	T 4 cu calibratori (006599), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	T 4 cu calibratori (006599), Cerințe generale*, include control si calibrator. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661494, DM000674807

336000 00-6	106	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006607)	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006607)	1325-300, ML- 300 control	SUA	Monobind	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006607), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006607), Cerințe generale*, include control si calibrator. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661484, DM000674807
336000 00-6	107	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006608)	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006608)	1225-300, ML- 300 control	SUA	Monobind	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006608), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (006608), Cerințe generale*, include control si calibrator. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661498, DM000674807
336000 00-6	108	Taenia Solium IgG (006600)	Taenia Solium IgG (006600)	TAEG0420	Germania	Novatec/Gold Standard	Taenia Solium IgG (006600), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Taenia Solium IgG (006600), Cerințe generale*, include controlul “+”și “-”. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste, Test	100%	100%	DM000662401
336000 00-6	109	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) (006502)	Test ANA (Anticorpii Anti- Nucleari) (006502)	ORG 538	Germania	ORGENTEC	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) (006502), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) (006502), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibratori. Set de 96 teste, Test	96.4 %	98%	DM000304757
336000 00-6	110	Test Anti-ds DNA (006503)	Test Anti-ds DNA (006503)	ORG 604	Germania	ORGENTEC	Test Anti-ds DNA (006503), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti-ds DNA (006503), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibratori. Set de 96 teste, Test	81.2 %	98.6 %	DM000051443
336000 00-6	111	Test Anti- PR3 (c- Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) (006504)	Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) (006504)	ORG 518	Germania	ORGENTEC	Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) (006504), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) (006504), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	85.2 %	98.8 %	DM000304735

336000 00-6	112	Test Anti - Scl – 70 (006495)	Test Anti - Scl – 70 (006495)	ORG 512	Germania	ORGENTEC	Test Anti - Scl – 70 (006495), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti - Scl – 70 (006495), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	76.0 %	99.0 %	DM000051374
336000 00-6	113	Test Anti - SS – B (006496)	Test Anti - SS – B (006496)	ORG 509	Germania	ORGENTEC	Test Anti - SS – B (006496), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti - SS – B (006496), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	61.4 %	95.8 %	DM000051364
336000 00-6	114	Test Anti CCP (006497)	Test Anti CCP (006497)	ORG 601	Germania	ORGENTEC	Test Anti CCP (006497), Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti CCP (006497), Metoda ELISA, cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	91.5 %	95.5 %	DM000051442
336000 00-6	115	Test Anti sm/RNP (006505)	Test Anti sm/RNP (006505)	ORG 511	Germania	ORGENTEC	Test Anti sm/RNP (006505), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti sm/RNP (006505), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	66%	95.8 %	DM000051370
336000 00-6	116	Test Anti -SS –A (006498)	Test Anti -SS –A (006498)	ORG 508	Germania	ORGENTEC	Test Anti -SS –A (006498), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori., Test	Test Anti -SS –A (006498), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	72.9 %	93.0 %	DM000051358
336000 00-6	117	Test Anti- Centromere B (006506)	Test Anti- Centromere B (006506)	ORG 633	Germania	ORGENTEC	Test Anti-Centromere B (006506), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti-Centromere B (006506), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	96.9 %	94.2 %	DM000051450
336000 00-6	118	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali (006507)	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali (006507)	ORG 516	Germania	ORGENTEC	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali (006507), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali (006507), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control si calibrator. Set de 96 teste, Test	97.2 %	94.2 %	DM000304733

336000 00-6	119	Test Anticorpilor anti- cardiolipini IgG/IgM (006499)	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM (006499)	DKO144	Italia	DiaMetra	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM (006499), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM (006499), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control și calibrator. Set de 96 teste, Test	92%	100%	DM000363701
336000 00-6	120	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM (006500)	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM (006500)	DKO114	Italia	DiaMetra	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM (006500), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM (006500), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control și calibrator. Set de 96 teste, Test	92,3% IGG, 68,8% IGM	84,6% IGG, 68,8% IGM	DM000363696
336000 00-6	121	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG (006508)	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG (006508)	1321-9601G	Germania	Euroimmun	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG (006508), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG, metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. În set sunt incluși control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	100%	99.4%	DM000561887
336000 00-6	122	Test Anti- MPO (p- Anticorpilor citoplasmatici anti neutrofile) (006501)	Test Anti-MPO (p-Anticorpilor citoplasmatici anti neutrofile) (006501)	ORG 519	Germania	ORGENTEC	Test Anti-MPO (p-Anticorpilor citoplasmatici anti neutrofile) (006501), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Test Anti-MPO (p-Anticorpilor citoplasmatici anti neutrofile) (006501), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include control și calibrator. Set de 96 teste, Test	98.2 %	96.7 %	DM000051392
336000 00-6	125	Testosterone cu calibratori, ELISA (006604)	Testosterone cu calibratori, ELISA (006604)	3725-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Testosterone cu calibratori, ELISA (006604), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Testosterone cu calibratori, ELISA (006604), Cerințe generale*, include control și calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661476, DM000674807
336000 00-6	126	Tireoglobulina a ELISA (006605)	Tireoglobulina ELISA (006605)	2225-300	SUA	Monobind	Tireoglobulina ELISA (006605), Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test	Tireoglobulina ELISA (006605), Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 96 teste, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661514

336000 00-6	127	TSH cu calibratori (006606)	TSH cu calibratori (006606)	325-300, ML-300B	SUA	Monobind	TSH cu calibratori (006606), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	TSH cu calibratori (006606), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661506, DM000674807
336000 00-6	128	AMH, ELISA 96 teste (007957)	AMH, ELISA 96 teste (007957)	9725-300A	SUA	Monobind	AMH, ELISA 96 teste (007957), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	AMH , ELISA 96 teste (007957), Cerințe generale*, setul include control si calibratori Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661397
336000 00-6	129	Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste (007958)	Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste (007958)	EIA-1826	Germania	DRG	Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste (007958), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Anticorpi antispermali , ELISA 96 teste (007958), Cerințe generale*, setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi p.9 instrucțiune de utilizare	vezi p.9 instrucțiune de utilizare	DM000660535
336000 00-6	130	Beta HG cu diluente, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste (007959)	Beta HG cu diluente, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste (007959)	EIA-1911	Germania	DRG	Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste (007959), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Setul să conțină diluent, nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml, Test	Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste (007959), Cerințe generale*,setul contine calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Setul contine diluent, nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml, Test	vezi p.9 instrucțiune de utilizare	vezi p.9 instrucțiune de utilizare	DM000660540
336000 00-6	131	Beta HG free, ELISA 96 teste (007960)	Beta HG free, ELISA 96 teste (007960)	2025-300A, MC-300	SUA	Monobind	Beta HG free, ELISA 96 teste (007960), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Beta HG free , ELISA 96 teste (007960), Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661374, DM000661524

336000 00-6	133	Determinarea Ac ani aspergilus Ig G; (007962)	Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; (007962)	ASPG0680	Germania	Novatec	Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; (007962), Metoda cantitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori, set	Determinarea Aspergilus Ig G ; (007962), Metoda calitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori, set	100%	95.65%	DM000662318
336000 00-6	134	Estriol total, ELISA 96 teste (007963)	Estriol total, ELISA 96 teste (007963)	5025-300A, ML 300B	SUA	Monobind	Estriol total, ELISA 96 teste (007963), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Estriol total , ELISA 96 teste (007963), Cerințe generale*, setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	95%	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661466, DM000661524
336000 00-6	136	PAPP-A, ELISA 96 teste (007965)	PAPP-A, ELISA 96 teste (007965)	12625-300A	SUA	Monobind	PAPP-A, ELISA 96 teste (007965), PAPP-A, ELISA 96 teste. Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	PAPP-A , ELISA 96 teste (007965), ELISA 96 teste. Cerințe generale*, include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi p.14.2 instrucțiune de utilizare	vezi p.14.4 instrucțiune de utilizare	DM000661413
336000 00-6	141	Testosteron liber, ELISA 96 teste (007970)	Testosteron liber, ELISA 96 teste (007970)	5325-300A	SUA	Monobind	Testosteron liber, ELISA 96 teste (007970), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	Testosteron liber, ELISA 96 teste (007970), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	vezi atasat instrucțiunii de utilizare	vezi atasat instrucțiunii de utilizare	DM000661478

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.