

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)								
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1626420055962								
Denumirea licitației: Consumabile de laborator pentru activitatea științifică IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"							Data: 09/08/2021	
Nr. Lot	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articlu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33100000-1	2. Taviță (dosar) pentru lame microscop	44-13081	Italy	Bio-Optica	Destinată pentru 20 de lame 75x25mm; Dim: 195x330x50 mm. Culoarea: albastră. galbenă. Verde	Plastic slide tray 20 slide Dim 335 x 195 x 15 mm	Conform, cerintelor
3	33100000-1	3. Micropipetă automată	4047-DV/DV50	Polonia	HTL	Micropipetă automată monocanal, volum variabil de 5-50 µl. Nivel – profesional și calitate superioară. Rezistență la șocurile de tip: chimice, mecanice, termice cu posibilitate de autoclavare în limitele 120-130°C; sterilizare prin intermediul razelor ultraviolete. Etalonarea ușoară/individuală prin mecanism automat sau mecanic manual. La livrarea produsului prezența certificatului de garanție, certificatul de etalonare de la producător.	Discovery Comfort, Micropipetă automată monocanal, volum variabil de 5-50 µl. Nivel – profesional și calitate superioară. Rezistență la șocurile de tip: chimice, mecanice, termice cu posibilitate de autoclavare în limitele 120-130°C; sterilizare prin intermediul razelor ultraviolete. Etalonarea ușoară/individuală prin mecanism automat sau mecanic manual. La livrarea produsului prezența certificatului de garanție, certificatul de etalonare de la producător.	Conform, cerintelor
4	33100000-1	4.Micropipetă automată	6002/DP10	Polonia	HTL	Micropipetă automată monocanal, volum variabil de 0,5-10 µl. Nivel – profesional și calitate superioară. Rezistență la șocurile de tip: chimice, mecanice, termice cu posibilitate de autoclavare în limitele 120-130°C; sterilizare prin intermediul razelor ultraviolete. Etalonarea ușoară/individuală prin mecanism automat sau mecanic manual. La livrarea produsului prezența certificatului de garanție, certificatul de etalonare de la producător.	Discovery Pro Micropipetă automată monocanal, volum variabil de 0,5-10 µl. Nivel – profesional și calitate superioară. Rezistență la șocurile de tip: chimice, mecanice, termice cu posibilitate de autoclavare în limitele 120-130°C; sterilizare prin intermediul razelor ultraviolete. Etalonarea ușoară/individuală prin mecanism automat sau mecanic manual. La livrarea produsului prezența certificatului de garanție, certificatul de etalonare de la producător.	Conform, cerintelor
6	33100000-1	6.Cuvă de colorare – Hellendahl e spate in spate	10-1410	Italy	Bio-Optica	Material – sticlă. cu capac. capacitate 8 lame 26x76 mm. sau 16 lame pozitionate	Staining glass dish with lid Hellendahl, 8 slides, Dim 50 x 30 x 90 mm	Conform, cerintelor
7	33100000-1	7.HydroCelGeodesicSensor Net 130	4733010+6309130	USA	Magstim	NET CU 256 electrozi, 256 canale, pentru înregistrare de rutină, cu spongi, marimea Adult Large (58 - 61 cm), utilizat cu Geodesic EEG System 400	HCGSN 130: 256 ch Adult Large 58-61 cm NET CU 256 electrozi, 256 canale, pentru înregistrare de rutină, cu spongi, marimea Adult Large (58 - 61 cm), utilizat cu Geodesic EEG System 400/Sponge, Die Cut for HCGSN Extended Feet (13 mm)	Conform, cerintelor
41	33100000-1	41. Suport liniar pentru micropipete automate	5469	Polonia	HTL	Utilizare: suport de formă liniară pentru prinderea și păstrarea micropipetelor automate. Specificație:stand linear pentru 6 micropipete.	Pipette Linear Plexi Stand; transparent, Utilizare: suport de formă liniară pentru prinderea și păstrarea micropipetelor automate. Specificație:stand linear pentru 6 micropipete	Conform, cerintelor
80	33100000-1	80. Pipeta automată fixa	2204-CP/CP5	Polonia	HTL	Mini micropipetă 5 microlitri volum fix. Lungime de 130 mm. Piston codificat în funcție de culoare pentru o mai bună diferențiere, cod culoare 5 mL - alb Vârful cu conul în trepte permite utilizarea vârfulor de mai multe dimensiuni (10 mL, 100 mL etc.). Piston cu funcționare în două trepte pentru eliberarea în siguranță a cantității reziduale. Autoclavabilă până la 120 ° C. Volum 5 mL, acuratețe 1,5% Acc., repetabilitate 1 % CV. Se livreaza cu un vârf galben 200mL. Utilizare: pentru pipetarea de lichide chimie, biologice în laborator cercetare. Pentru laborator medical recomandăm micropipetele AHN cu certificat CE IVD	Mini micropipetă 5 microlitri volum fix. Lungime de 130 mm. Piston codificat în funcție de culoare pentru o mai bună diferențiere, cod culoare 5 mL - alb Vârful cu conul în trepte permite utilizarea vârfulor de mai multe dimensiuni (10 mL, 100 mL etc.). Piston cu funcționare în două trepte pentru eliberarea în siguranță a cantității reziduale. Autoclavabilă până la 120 ° C. Volum 5 mL, acuratețe 1,5% Acc., repetabilitate 1 % CV. Se livreaza cu un vârf galben 200mL. Utilizare: pentru pipetarea de lichide chimie, biologice în laborator cercetare. Pentru laborator medical recomandăm micropipetele AHN cu certificat CE IVD	Conform, cerintelor
81	33100000-1	81. Pipeta automată fixa pentru volum 100 microlitri	2234-CP/CP100	Polonia	HTL	Pipeta automată cu monocanal 100 µl. Componentele sunt autoclavabile. Materialele din care este realizată sunt rezistente la coroziune fizică și chimică. Mănerul este acoperit cu un strat de elastomer termoplastic ce previne transferul de căldură.	Pipeta automată cu monocanal 100 µl. Componentele sunt autoclavabile. Materialele din care este realizată sunt rezistente la coroziune fizică și chimică. Mănerul este acoperit cu un strat de elastomer termoplastic ce previne transferul de căldură.	Conform, cerintelor
93	33100000-1	93.Pipetă manuală cu un singur canal cu diapazonul de volum 2-20 µl	5603/OP20	Polonia	HTL	Specificații obligatorii: -Prezentarea certificatului CE obligatoriu. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum2-20 µl. Treapta de modificare a volumului de 0.5 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani.	Optipette Specificații obligatorii: CE certificat. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum2-20 µl. Treapta de modificare a volumului de 0.5 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani.	Conform, cerintelor
94	33100000-1	94. Pipetă manuală cu un singur canal cu diapazonul de volum 20-200 µl	5605/OP200	Polonia	HTL	Specificații obligatorii: -Prezentarea certificatului CE obligatoriu.Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum 20-200 µl. Treapta de modificare a volumului de 1.0 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani	Optipette Specificații obligatorii: CE certificat. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum2-20 µl. Treapta de modificare a volumului de 0.5 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani.	Conform, cerintelor

Nr. Lot	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
95	33100000-1	95. Pipetă manuală cu un singur canal cu diapazonul de volum 100-1000 µl	5606/OP1000	Polonia	HTL	Specificații obligatorii: -Prezentarea certificatului CE obligatoriu. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum 100-1000 µl. Treapta de modificare a volumului de 5.0 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani	Optipette CE certificat. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum 2-20 µl. Treapta de modificare a volumului de 0.5 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani.	Conform, cerintelor
96	33100000-1	96. Pipetă manuală cu un singur canal cu diapazonul de volum 500-5000 µl	5608/OP5000	Polonia	HTL	Specificații obligatorii: Prezentarea certificatului CE obligatoriu. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum 500-5000 µl. Treapta de modificare a volumului de 50 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani	Optipette CE certificat. Un singur canal. Prezența ejectorului de vârfuri. Diapazonul de volum 2-20 µl. Treapta de modificare a volumului de 0.5 µl. Utilizarea: Transferul lichidelor cu diferite volume. Este utilizată în lucrul general de laborator. Garanție: 2 ani.	Conform, cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova