

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 24: Fotoliu ginecologic Fotoliu ginecologic Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	MODEL PROPUȘ: <i>GÖKLER MEDİKAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / NITROCARE, MODEL: JMM 01 + Accesorii/Optiuni conform caietului de sarcini, Turcia</i> Fotoliu ginecologic Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice – DA, Corespunde Parametrul Specificația Acțiune electromecanică – DA, Corespunde Secțiuni ≥ 3 – DA, Corespunde Suporturi pentru mâini – DA, Corespunde pentru picioare – DA, Corespunde Carcasul oțel vopsit electrostatic – DA, Corespunde Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici – DA, Corespunde Înălțime reglabilă 55 - 90 cm – DA, Corespunde Capacitate maximă ≥ 200 kg – DA, Corespunde