

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 din 04.04.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentari								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	10	Electrod neutral monoutilizabil copii	GC02	China	INTCO MEDICAL	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569593
33100000-1	11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	GC04	China	INTCO MEDICAL	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569595
33100000-1	14	Electrozi ECG (adulți)	SF12	China	INTCO MEDICAL	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	15	Electrozi ECG 55-60mm (adulți), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	SF03	China	INTCO MEDICAL	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569600
33100000-1	16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	41520	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu	CE/DM000558955

						Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558935
33100000-1	18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	40920	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: electrostatic Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558943
33100000-1	19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	40210S	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558925
33100000-1	20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	40410	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558927
33100000-1	21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	CE/DM000558935
33100000-1	24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	NUG-0014	Turcia	Turkuaz	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000371895
33100000-1	25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	1100S	Coreea de Sud	Durico	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)2 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761441

33100000-1	33	Hirtie termică pentru USG , 110mm x 18m	1100HG	Coreea de Sud	Durico	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761436
33100000-1	45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	4AFR250200	Turcia	DORT-A TIP	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392500
33100000-1	46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	4AFR300200	Turcia	DORT-A TIP	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392501
33100000-1	68	Spirometru pentru stimulare pulmonară	186 1200 2	Turcia	BICAKCILAR	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Spirometru pentru stimulare pulmonară *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398827
33100000-1	69	Conector respirator gofrat	316400	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558974
33100000-1	70	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale	ETHVM101	Turcia	MEDIKOKIM	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000649212
33100000-1	76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	4AFR450200	Turcia	DORT-A TIP	Rolă din hirtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	Rolă din hirtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392504
33100000-1	77	Pungi sterilizare articolelor medicale	4AFR500200	Turcia	DORT-A TIP	Rolă din hirtie măr.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată	Rolă din hirtie măr.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din	CE/DM000392505

		Mărimea 500mm x 200m				din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	012 7150 1	Turcia	BICAKCILAR	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398192

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**