

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTĂȚE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-2276 din "01" 08 2022

**OE participanți la procedura de achiziție  
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651848654885 privind "Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022", Vă comunică decizia nr. 1 din 29.07.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Unita tea de măsu ră	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ origine/ Producător	Tara de	Ofertant
1	1- 54885	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200- 300L Cod 140710 Cod 140710	bucată	2	30205	36246	60410	72492	ECO0250ASI /Coolermed	Turcia	Ancotec-Sistem SRL
2	2- 54885	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300- 400L Cod 140720 Cod 140720	bucată	3	28300	33960	84900	101880	ECO375ASU /Coolermed	Turcia	Ancotec-Sistem SRL

3	3-54885	Analizator automat, de urina Cod 150100 Cod 150100	bucată	1	0,1	0,12	0,1	0,12	Mission Smart+Urinalysis Reagent Strips (11A) -1000 benzi+Control la 2 nivele (U021-011)/SUA/ACON Laboratories Inc.	U120	Sannmedico SRL
4	4-54885	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200 Cod 150200	bucată	2	80000	96000	160000	192000	Selectra Pros /Olanda /Elitech		GBG-MLD SRL
5	5-54885	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Cod 150240	bucată	1	28000	33600	28000	33600	BiobaseSilver /China/ Biobase		DataControl SRL
6	6-54885	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Cod 150250	bucată	1	28000	33600	28000	33600	SA-20 Semi-automatic analyzer/ China/Clindiag		Biosistem SRL MLD
7	7-54885	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510 Cod 150510	bucată	1	40000	48000	40000	48000	BC-20s Hematology Analyzer/ China /Mindray		Biosistem SRL MLD
8	8-54885	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Cod 150520	bucată	1	45000	54000	45000	54000	CELL-Dyn Emerald/ ABBOTT	SUA/	GBG-MLD SRL



9	9-54885	Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe Cod 150710 Cod 150710	bucată	1	169500	203400	169500	203400	EPOC/ Siemens	Germania/ Siemens	Diamedix SRL	Impex
11	11-54885	Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Cod 150930	bucată	2	29290	35148	58580	70296	BKCTL5M(220V)/ China/ Biobase	China/ Biobase	Ecochimie SRL	
12	12-54885	Coagulometru semiautomat Cod 151110 Cod 151110	bucată	3	4000	4800	12000	14400	Coatron X Pro /Germania/ TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Germany/ TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sannmedico SRL	
13	13-54885	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200 Cod 151200	bucată	13	830	996	10790	12948	On Call Plus Blood Glucose Monitoring System (G113-111)+On Call Plus Blood Glucose Test Strips and Lancets (G133-211)+Lancing Device (G124-11A)/ SUA/ ACON Laboratories Inc.	USA/ ACON Laboratories Inc.	Sannmedico SRL	
14	14-54885	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Cod 250200	bucată	6	12890	15468	77340	92808	PWBK2002 Proway	China/ Proway	GBG-MLD SRL	
15	15-54885	Incubator (termostat) 80-100 L Cod 250320 Cod 250320	bucată	1	13800	16560	13800	16560	BJPX-H80IV/ /Biobase	China /Biobase	DataControl SRL	

16	16-54885	Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel inox) cu ciclu vacuum Cod 270130 Cod 270130	bucată	1	249000	298800	249000	298800	XG1.UCD-100D + sistem filtrare a apei/ Shinva/ China	Ericon SRL
17	17-54885	Sterilizator 80 L Cod 270320 Cod 270320	bucată	4	13820	16584	55280	66336	HAS-T70l/ /Biobase China	DataControl SRL
18	18-54885	Sterilizator 200 L Cod 270340 Cod 270340	bucată	1	23600	28320	23600	28320	HAS-T200l /Biobase /China	DataControl SRL
22	22-54885	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta medie Cod 300110 Cod 300110	bucată	1	598871,3	718645,56	598871,3	718645,56	G65 VINNO /China/ TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	Health Medical Solutions SRL
23	23-54885	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210 Cod 300210	bucată	1	559557	671468,4	559557	671468,4	G65 VINNO /China/ TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	Health Medical Solutions SRL

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Lotul 1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Cod 140710**

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalficat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenle stabilite de aceasta. Nu s-a răspuns la clarificare.

- Operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** nu a fost încercată electronic oferta pe platforma M-tender.

**Lotul 2 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 Cod 140720**

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalficat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenle stabilite de aceasta. Nu s-a răspuns la clarificare.

**Lotul 10 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Cod 150910**



- Operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** nu a fost încărcată electronic oferta pe platforma M-tender.
- Ofertele operatorilor economici **GBG-MILD SRL, DataControl SRL, Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 11 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Cod 150930**
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Tipul tuburilor de 10 - 15 ml s-a oferit 5/7 ml ; 2. S-a solicitat Numărul de tuburi 32 unități s-a oferit 30 tuburi.
- Operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** nu a fost încărcată electronic oferta pe platforma M-tender.
- Lotul 14 Microscop binocular, simplu Cod 250200 Cod 250200**
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Oculare / 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) s-a oferit 10x/18.
- Lotul 16 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (otel inox) cu ciclu vacuum Cod 270130 Cod 270130**
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Volum interior 100 l, ± 10 l s-a oferit 150 L.
- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Volum interior 100 l, ± 10 l s-a oferit 79 L.
- Lotul 19 Distilatator Cod 270400 Cod 270400**
- Operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** nu a fost încărcată electronic oferta pe platforma M-tender.
- Oferta operatorului economic **Mic-Tan SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Produsul oferit nu dispune de certificatul CE, ISO 13485.
- Lotul 20 Negatoscop Cod 210700 Cod 210700**
- Oferta operatorului economic **GBG-MILD SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 21 Fibrogastroscop Cod 290200 Cod 290200**
- Oferta operatorului economic **GBG-MILD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade s-a oferit 100 grade.
- Lotul 22 Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta medie Cod 300110 Cod 300110**
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Convex Single Cristal / Elemente fizice: ≥ 192 in urma receptionarii scrisorii de clarificare nu a fost prezentate dovezi confirmative de dispunere a performanței solicitate pentru produsul oferit. S-a prezentat „The probe board supports 128 array element probe, 192 array element probe, and also reserve the pencil probe port”. Deci, acesta este performanța dispozitivului și nu a probei oferite așa cum a fost solicitat. 2. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Phased/Vector Single Cristal / Elemente fizice: ≥ 92 in urma receptionarii scrisorii de clarificare nu a fost prezentate dovezi confirmative de dispunere a performanței solicitate pentru produsul oferit. S-a prezentat „The probe board supports 128



array element probe, 192 array element probe, and volume probe, and also reserve the pencil probe port". Deci, acesta este performanța dispozitivului și nu a probei oferite așa cum a fost solicitat. 3. S-a solicitat MODURI de Scanare / Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi s-a oferit LGC (LGC is used to adjust the brightness on the left or right part of the ultrasound image), doar ajustarea luminozității.

4. S-a solicitat STOCARE IMAGINI / Butare rapidă  $\geq 120$  GB SSD s-a oferit fara SSD.  
- Oferta operatorului economic **Dutchmed-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Linear 8 - 16 MHz s-a oferit 3 - 13 MHz, L13-3N
2. S-a solicitat Convex Single Cristal Elemente fizice  $\geq 192$  s-a oferit 128 elemente
3. S-a solicitat Phased/Vector Single Cristal Elemente fizice  $\geq 92$  s-a oferit 64
4. S-a solicitat MODURI de Scanare / Compunere spațială  $\geq 7$  trepte s-a oferit 3 trepte
5. S-a solicitat Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine - da s-a oferit fără

**Lotul 23 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210 Cod 300210**

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Convex Single Cristal / Elemente fizice  $\geq 192$  in urma receptionarii scrisorii de clarificare nu a fost prezentate dovezi confirmative de dispunere a performanței solicitate pentru produsul oferit. S-a prezentat „The probe board supports 128 array element probe, 192 array element probe, and also reserve the pencil probe port”. Deci, acesta este performanța dispozitivului și nu a probei oferite așa cum a fost solicitat.

2. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Single Cristal Edovaginal/Endorectală / Elemente fizice  $\geq 192$  in urma receptionarii scrisorii de clarificare nu a fost prezentate dovezi confirmative de dispunere a performanței solicitate pentru produsul oferit. S-a prezentat „The probe board supports 128 array

element probe, 192 array element probe, and also reserve the pencil probe port”. Deci, acesta este performanța dispozitivului și nu a probei oferite așa cum a fost solicitat.

3. S-a solicitat MODURI de Scanare / Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi s-a oferit LGC (LGC is used to adjust the brightness on the left or right part of the ultrasound image), doar ajustarea luminozității.

4. S-a solicitat STOCARE IMAGINI / Butare rapidă  $\geq 120$  GB SSD s-a oferit fara SSD.  
Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

**Lotul 10 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Cod 150910**

**Lotul 19 Disilator Cod 270400 Cod 270400**

**Lotul 21 Fibrogastroskop Cod 290200 Cod 290200**

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:


**Lotul 20 Negatoscop Cod 210700 Cod 210700**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea necesarului și valorii estimate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **12.08.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**



**Gheorghe GORCEAG**

Ancotec-Sistem SRL  
Biosistem-MLD SRL  
DataControl SRL  
Diamedix Impex SRL  
Dutchmed M SRL  
Ecochimie SRL  
Ericon SRL  
GBG-MLD SRL  
Health Medical Solutions SRL  
Intermed SRL  
Lokmera SRL  
Mic-Tan SRL  
Neotec SRL  
Pharmony SRL  
Sanmedico SRL  
Tetis International SRL  
Triumf-Motiv SRL

**Beneficiari**

CS Pelinia  
SCM Sfantă Treime  
Institutul Oncologic  
Spitalul Clinic de Psihiatrie  
SR Sîngeret  
SR Soroca „A. Prîsacari”  
SC de Traumatologie și Ortopedie  
Sp Municipal de Copii nr.1  
CS Drochia, „A. Maznic”  
CS Edinet  
Institutul Oncologic  
SR Soroca „A. Prîsacari”