

Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
41	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ (006878)	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ (006878)	P1022 D	China	GENSURE BIOTECH INC.,	D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≥ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %.	D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≥ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. - analizator FIA GS1200	CE/ISO, DM000736887
94	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (006876)	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (006876)	1L26M3	China	XIAMEN BOSON BIOTECH CO., LTD	Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)	Test Panel-test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)	CE/ISO, DM000901088
145	Test rapid anti-HCV. (008151)	Test rapid anti-HCV. (008151)	HCV	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).	CE/ISO
146	Test rapid HBsAg. (008152)	Test rapid HBsAg. (008152)	HBsAg	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).	CE/ISO
147	Test rapid HBV panel. (008153)	Test rapid HBV panel. (008153)	HBV	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	CE/ISO
148	Test rapid la Procalcitonina. (008154)	Test rapid la Procalcitonina. (008154)	PCT	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	CE/ISO
149	Test rapid la Troponina I. (008155)	Test rapid la Troponina I. (008155)	Troponin I	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/mL. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I). Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%.	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/mL. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I). Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%.	CE/ISO
151	Test rapid pentru determinarea sângelui oculte (008157)	Test rapid pentru determinarea sângelui oculte (008157)	1M01C4	China	XIAMEN BOSON BIOTECH CO., LTD	Test de unica folosire pentru determinarea sângelui în materiile fecale pentru uz profesional	Test de unica folosire pentru determinarea sângelui în materiile fecale pentru uz profesional	CE/ISO, DM000626396
159	Expres test p/ă determinarea D-dimeri (008273)	Expres test p/ă determinarea D-dimeri (008273)	D-dimer	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Expres test p/ă determinarea D-dimeri. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizate, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Expres test p/ă determinarea D-dimeri. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizate, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete	CE/ISO
163	Triplu test rapid calitativ pentru Markerii Cardiaci (008281)	Triplu test rapid calitativ pentru Markerii Cardiaci (008281)	CMC	China	Zhejiang QL Biotech Co., Ltd.	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea "one step" [Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea "one step" [Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE/ISO

Semnatura: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4