

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719488346279 din 28 iun 2024, 16:00 - 4 iul 2024, 15:00

Obiectul achiziției: Consumabile și articole parafarmaceutice (transductor presional) 2024, repetat

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	1	Transductor presional getabil (tip model JIBPT-01-BD) pentru aparatul Bistos BT-770)	JIBPT-01-BD	China	JCR Medical	Presiune barometrică -70~106Kpa Umiditate relativă - 10~90% (fără condensare) Interval de presiune de operare - -50 ~ + 300 mmHg Sensibilitate - 5,0μV/V/mmHg ±3% Neliniaritate și histerezis - citire la scară completă ± 1,5% Impedanta de intrare - 1200Ω ~3200Ω Decalaj de presiune zero - -20mmHg~+20mmHg Deplasare de compensare termică - ≤±0,3 mmHg/°C Deriva compensată - După încălzire timp de 20 de secunde, se deplasează cu 2 mmHg în decurs de 8 ore Schimbarea intervalului termic - ≤±0,1%/°C Raspuns în frecvență - Setul standard de presiune (48 "/ 12") este de 40 Hz; Senzor separat > 200 Hz - Sarcina de suprapresiune - -400~+4000mmHg - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90% (fără condensare), fără gaze corozive și ventilație interioară și pentru a evita temperaturile ridicate și frigul. Contactul cu corpul uman - ≤168h Viteza intra-sistem curgere 2-5 ml/h Viteza intra-sistem se referă la viteza sub 6,00 VDC și 25°C, cu excepția cazului în care există instrucțiuni suplimentare. Perioada de valabilitate a produsului min 3 ani	Presiune barometrică -70~106Kpa Umiditate relativă - 10~90% (fără condensare) Interval de presiune de operare - -50 ~ + 300 mmHg Sensibilitate - 5,0μV/V/mmHg ±3% Neliniaritate și histerezis - citire la scară completă ± 1,5% Impedanta de intrare - 1200Ω ~3200Ω Decalaj de presiune zero - -20mmHg~+20mmHg Deplasare de compensare termică - ≤±0,3 mmHg/°C Deriva compensată - După încălzire timp de 20 de secunde, se deplasează cu 2 mmHg în decurs de 8 ore Schimbarea intervalului termic - ≤±0,1%/°C Raspuns în frecvență - Setul standard de presiune (48 "/ 12") este de 40 Hz; Senzor separat > 200 Hz - Sarcina de suprapresiune - -400~+4000mmHg - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90% (fără condensare), fără gaze corozive și ventilație interioară și pentru a evita temperaturile ridicate și frigul. Contactul cu corpul uman - ≤168h Viteza intra-sistem curgere 2-5 ml/h Viteza intra-sistem se referă la viteza sub 6,00 VDC și 25°C, cu excepția cazului în care există instrucțiuni suplimentare. Perioada de valabilitate a produsului min 3 ani	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**