

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: Licitatie publica 21067751				Data: 04.12.2022		
Denumirea procedurii de achizitie: Consumabile si reagenti de laborator pentru a.2023						
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Std de ref
	LOT 12. Consumabile de laborator de unică folosință					
1	Microscopia urinei	Italia	Kima	Planșete de unică folosință pentru microscopia urinelor cu 10 godeuri transparente.	Precision Cel, 301890, Kima	CE, ISO
2	Vacutiner cu Citrat de sodiu 3,2 %	Italia	Kima	Vacutiner cu Citrat de Sodiu 3,2 %, până la 3 mL, cu etiketă, compatibile cu analizator automat Sysmex CA660.	Vacutiner Citrat de Sodiu 3,2 %, vol.2,5mL, vol.aspirare 2.25ml, 13x75, cu etichetă/14084	CE, ISO
3	Vacutiner cu NaF+K3EDTA	Italia	Kima	Vacutiner cu inhibitor de glicoliză pentru stabilizarea pe termen lung și investigarea glucozei cu lactat, tub cu etiketă, pentru volum de specimen până la 3 mL, 13x75 mm.	Gglycolysis Inhibitors tubes NaF+K3 EDTA, 13x75, vol.2ml, cu eticheta/13809	CE, ISO
4	Hîrtie termosensibilă	Italia	Ceracarta	Hîrtie termosensibilă 50x30mm	Hîrtie termosensibilă 50x30mm	CE, ISO
6	Vacutiner K3EDTA, 3 mL	Italia	Kima	Vacutiner cu K3EDTA, cu etiketă, compatibile cu analizator automat Sysmex XS-100i	EDTA TUBES vacuum K3edta, vol.3ml, 13x75, cu eticheta/13010	CE, ISO
5	Ac cu holder	China	Boen	Ac cu holder pentru eprubete vacuum. Ac 21Gx1 1/2 PP. CE, IVD	Ac cu holder pentru eprubete vacuum. Ac 21Gx1 1/2/ 631808+632201	CE, ISO

	Lor 14 Reactivi, calibratori si material de control pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emerald 22 Abbott (sistem inchis)					
1	EMERALD DILUENT, 10 litri	Abbott	SUA	Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald	EMERALD DILUENT, 10 litri (solutie de diluent)/ 9H48-02	CE, ISO
3	EMERALD CLEANER, 960ml	Abbott	SUA	Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald	EMERALD CLEANER, 960ml (solutie de spalare)/ 9H46-02	CE, ISO
4	Set de control pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emerald	Avantor	Polonia	Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald	Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. (L,N, H), set 3 fl.x2,5ml/ 3427/3428/3429	CE, ISO
5	Set de mentenanta generala la 1an	Abbott	SUA	Set de piese absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald	EMERALD O-ring kit with space, 8701691602 (cu instalare la analizator)	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL _____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.