






Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718799812633
Denumirea procedurii “Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU - III”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Poza	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		7
LOT 3							
Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo (conform anexa n.3)	MK-S19	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,ltd	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator. Structură carcasă oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă cu fixare. Sarcina maximă de încărcare minim 10 Kg. Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână. Diametrul roților minim 50 mm. Dimensiuni suprafață de lucru – Lungime - 50 cm ±10 cm, Lățime - 70 cm±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator. DA Structură carcasă oțel inoxidabil. DA Înălțime reglabilă cu fixare. DA Sarcina maximă de încărcare minim 10 Kg. DA Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână. DA Diametrul roților 75 mm. DA Dimensiuni suprafață de lucru – Lungime - 40 cm, DA Lățime - 60 cm. DA Garanție minim 12 luni din momentul livrării. DA		CE

LOT 4							
Scăriță pentru sala de operație cromat cu 2 trepte (conform anexa n.4)	YA-FS01	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,ltd	Scăriță pentru sala de operație cu 2 trepte. Carcasă metal cromat sau vopsit / inox. Material treaptă plastic/inox. Înălțime totală cel puțin 30 cm. Construcție cu îmbinări prin sudură sau cu șuruburi de fixare. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Scăriță pentru sala de operație cu 2 trepte. DA Carcasă inox. DA Material treaptă inox. DA Înălțime totală 46 cm. DA Construcție cu îmbinări prin sudură DA Garanție minim 12 luni din momentul livrării. DA		CE
LOT 7							
Cuseta medicală cu reglarea secțiunii capului (conform anexa n.7)	TH 6011	Turcia	T-Health	Pat pentru examinarea pacienților. Secțiuni ≥ 2. Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Husă. Saltea. Dimensiuni ≥ 180x60x60 cm. Greutate pacient minim 180 kg. Tălpiere reglabilă. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Pat pentru examinarea pacienților. DA Secțiuni 2. DA Material carcasă cadru din oțel vopsit DA Husă. Saltea. DA Dimensiuni 190x60x70 cm. Greutate pacient minim 180 kg. DA Tălpiere reglabilă. DA Garanție minim 12 luni din momentul livrării.		CE
LOT 8							

<p>Umeraș mobil pentru echipamentul de radioprotecție (conform anexa n.8)</p>	<p>MK-S40</p>	<p>China</p>	<p>Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,ltd</p>	<p>Umeraș mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentului de radioprotecție. Carcasă din oțel inoxidabil. Mobil. Capacitate de păstrare pentru minim 5 șorțuri. Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.</p>	<p>Umeraș mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentului de radioprotecție. DA Carcasă din oțel inoxidabil. DA Mobil. DA Capacitate de păstrare pentru 5 șorțuri. DA Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. DA Garanție minim 12 luni din momentul livrării. DA</p>		<p>CE</p>
<p>LOT 9</p>							
<p>Umeraș mobil pentru echipamentul de radioprotecție (conform anexa n.9)</p>	<p>MK-S40</p>	<p>China</p>	<p>Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,ltd</p>	<p>Umeraș mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentului de radioprotecție. Carcasă din oțel inoxidabil. Mobil. Capacitate de păstrare pentru minim 10 șorțuri. Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.</p>	<p>Umeraș mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentului de radioprotecție. DA Carcasă din oțel inoxidabil. DA Mobil. DA Capacitate de păstrare pentru 10 șorțuri. DA Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. DA Garanție minim 12 luni din momentul livrării. DA</p>		<p>CE</p>

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău