

Incubator CO ₂ cu control O ₂ volum 100 litre	Model: ICO105 Producător: Memmert, Germania
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferată
Incubator CO₂ cu control O₂. Cerințe tehnice minime: Tip incubator CO₂ cu control O₂; Control O₂ intervalul 1%-20/25%; Controlul CO₂ intervalul - 0-20%; Volum interior 90-100 L; Domeniu de temperatură de la ambient + 4 °C până la 60 °C; Stabilitate a temperaturii ±0,2 °C; Uniformitate a temperaturii 0,5 °C; Control independent CO₂ și O₂; Cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți; Control digital al parametrilor de funcționare; Aistem de umidificare controlată; Interfețe USB și rețea pentru transfer și monitorizare date; Sistem de alarmă pentru temperatură și gaze (CO₂ și O₂) și ușa deschisă; Sistem de siguranță: protecție la supratemperatură, protecție la deviații ale concentrațiilor de CO₂ și O₂ față de valorile setate, alarmă ușă deschisă, protecție la întreruperea alimentării și repornire automată; Sistem de calibrare pentru senzori de gaze;	Incubator CO₂ cu control O₂. Cerințe tehnice minime: Tip incubator CO₂ cu control O₂; - Da, corespunde, opțiunea "control O2" este inclusă în ofertă. Control O₂ intervalul 1%-20/25%; - Da, corespunde, control O2: 1-20 % O2. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Controlul CO₂ intervalul - 0-20%, - Da, corespunde, control CO2: 0-20% CO2. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Volum interior: 107 L; Domeniu de temperatură de la ambient + 4 °C până la 60 °C; - Domeniul de temperatură de la ambient: de la +5°C până la + 50°C. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Stabilitate a temperaturii ±0,2 °C; – Da, corespunde, Technical specification ICO; Uniformitate a temperaturii 0,5 °C – Da, corespunde, Technical specification ICO; Control independent CO₂ și O₂; - Da, corespunde. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți; - Da, corespunde, material 1.4301 (ASTM 304) rezistent la coroziune. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 3/4;

Alimentare 230 V / 50 Hz. Accesorii incluse: rafturi/grilaje și toate componentele necesare instalării și utilizării. Condiții obligatorii: Livrarea la sediul beneficiarului; Instalarea și punerea în funcțiune; Instruirea personalului la sediul beneficiarului; Manual de utilizare în limba română; Marcaj CE; Garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: Laboratorul microbiologie sanitară	Control digital al parametrilor de funcționare; - Da, corespunde, control digital. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Sistem de umidificare controlată; - Da, corespunde, opțiunea "sistem de umidificare controlată" este inclusă în ofertă. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 2/4; Interfețe USB și rețea pentru transfer și monitorizare date; - Da, corespunde. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 3/4; Sistem de alarmă pentru temperatură și gaze (CO₂ și O₂) și ușa deschisă; - Da, corespunde. DS_Memmert_CO2-incubator_ICO105_EN pag. 3/4; Sistem de siguranță: protecție la supratemperatură, protecție la deviații ale concentrațiilor de CO₂ și O₂ față de valorile setate, alarmă ușă deschisă, protecție la întreruperea alimentării și repornire automată; - Da, corespunde, 2 senzori Pt100 DIN Clasa A în circuit cu 4 fire pentru monitorizare reciprocă, preluând funcțiile în caz de eroare, Detectarea ușii deschise. Sistem de calibrare pentru senzori de gaze; - Da, corespunde Alimentare 230 V / 50 Hz. - Da, corespunde Accesorii incluse: rafturi/grilaje și toate componentele necesare instalării și utilizării. - Da, rafturi și toate componentele necesare instalării și utilizării sunt incluse. Condiții obligatorii: Livrarea la sediul beneficiarului; - Da, livrarea la sediul beneficiarului, va fi asigurată; Instalarea și punerea în funcțiune; - Da, instalarea și punerea în funcțiune, va fi asigurat;
--	---

	Instruirea personalului la sediul beneficiarului; - Da, instruirea personalului la sediul beneficiarului, va fi asigurat Manual de utilizare în limba română; - Da, manualul de utilizare - la livrare. Marcaj CE; - Da, corespunde; Garanție minim 24 luni. – Da, garanția reprezenta minim 24 luni; Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. – Da, livrarea va fi timp de 90 zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: Laboratorul microbiologie sanitară – Da, corespunde.
--	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova