

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773322741472 din 28 mart 2026, 11:00 - 1 apr 2026, 12:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
10	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Electroencefalograf	-	-	-	<p>10.Electroencefalograf computerizat cu polisomnograf NicoletOne * certificat de instruire de la producător la solicitare Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea tuturor canalelor EEG și PSG. • Verificarea și calibrarea amplificatoarelor. • Testarea integrității cablurilor și electrozilor. • Curățarea senzorilor de flux, pulsoximetrie, mișcare etc. • Verificarea serverului de stocare și a software-ului de analiză. • Testarea sistemului video sincronizat (dacă există). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuirea modulelor defecte sau cablurilor deteriorate. • Repararea procesorului de semnal sau a unității de interfață. • Reinstalarea software-ului și reconfigurarea parametrilor. 	<p>10.Electroencefalograf computerizat cu polisomnograf NicoletOne * certificat de instruire de la producător la solicitare Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea tuturor canalelor EEG și PSG. • Verificarea și calibrarea amplificatoarelor. • Testarea integrității cablurilor și electrozilor. • Curățarea senzorilor de flux, pulsoximetrie, mișcare etc. • Verificarea serverului de stocare și a software-ului de analiză. • Testarea sistemului video sincronizat (dacă există). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuirea modulelor defecte sau cablurilor deteriorate. • Repararea procesorului de semnal sau a unității de interfață. • Reinstalarea software-ului și reconfigurarea parametrilor. 	-
20	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Ultrasonograf	-	-	-	<p>20.Ap. ultrasonograf digital „Arietta Precision” Hitachi *certificat de instruire de la producător</p>	<p>20.Ap. ultrasonograf digital „Arietta Precision” Hitachi *certificat de instruire de la producător</p>	-

						<p>la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testarea modulelor elastografice și Doppler avansat. • Măsurarea uniformității imaginii. • Curățarea sistemului intern. • Calibrare specifică modelului. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparație hardware / software. • Înlocuire sonde. 	<p>la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testarea modulelor elastografice și Doppler avansat. • Măsurarea uniformității imaginii. • Curățarea sistemului intern. • Calibrare specifică modelului. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparație hardware / software. • Înlocuire sonde. 	
21	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Ultrasonograf	-	-	-	<p>21.Ap. ultrasonograf digital „Arietta V-70” Hitachi</p> <p>*certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluare sonde (inclusiv TDI/strain dacă dotate). • Verificare sistem de răcire și control termic. • Curățare internă, teste de imagine. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic și înlocuire componente. • Recalibrare completă. 	<p>21.Ap. ultrasonograf digital „Arietta V-70” Hitachi</p> <p>*certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluare sonde (inclusiv TDI/strain dacă dotate). • Verificare sistem de răcire și control termic. • Curățare internă, teste de imagine. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic și înlocuire componente. • Recalibrare completă. 	-
29	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la C-Arm	-	-	-	<p>29.C-Arm Zeilm Vision Vario 3D</p> <p>*certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspectarea tubului RX și a detectorului digital. • Testarea mobilității brațului C. • Verificarea sistemelor de frânare. • Calibrarea achiziției imagistice. • Testarea monitorilor și a software-ului. <p>Mentenanță corectivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparații mecanice (braț, roți, frâne). • Înlocuirea tubului, cablurilor HV, module electronice. 	<p>29.C-Arm Zeilm Vision Vario 3D</p> <p>*certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspectarea tubului RX și a detectorului digital. • Testarea mobilității brațului C. • Verificarea sistemelor de frânare. • Calibrarea achiziției imagistice. • Testarea monitorilor și a software-ului. <p>Mentenanță corectivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparații mecanice (braț, roți, frâne). • Înlocuirea tubului, cablurilor HV, module electronice. 	Autorizație radiologică

						<ul style="list-style-type: none"> Recalibrare software completă. 	<ul style="list-style-type: none"> Recalibrare software completă. 	
32	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Electrocoagulator	-	-	-	<p>32.Electrocoagulator EXCELL 250 MCDSE *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea tensiunii și stabilității generatorului. Curățarea circuitelor de ventilație. Testarea tuturor modurilor de operare. Verificarea accesoriilor: cabluri, mânere, plăci neutre. Măsurarea parametrilor electrici de ieșire. Verificarea protecției electronice la suprasarcină. <p>Emiterea raportului de testare.</p>	<p>32.Electrocoagulator EXCELL 250 MCDSE *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea tensiunii și stabilității generatorului. Curățarea circuitelor de ventilație. Testarea tuturor modurilor de operare. Verificarea accesoriilor: cabluri, mânere, plăci neutre. Măsurarea parametrilor electrici de ieșire. Verificarea protecției electronice la suprasarcină. <p>Emiterea raportului de testare.</p>	-
37	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Electromiograf	-	-	-	<p>37.Electromiograf EMU40EX Natus Medical *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea amplificatoarelor de semnal. Curățarea și testarea conexiunilor electromiografice. Verificarea și calibrarea canalelor EMG, NCV, EP. Testarea stimulatoarelor externe. Verificarea integrității electrozilor reutilizabili. Actualizare software dacă este disponibilă. Testarea funcțiilor de imprimare și export date. <p>Raport tehnic.</p>	<p>37.Electromiograf EMU40EX Natus Medical *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea amplificatoarelor de semnal. Curățarea și testarea conexiunilor electromiografice. Verificarea și calibrarea canalelor EMG, NCV, EP. Testarea stimulatoarelor externe. Verificarea integrității electrozilor reutilizabili. Actualizare software dacă este disponibilă. Testarea funcțiilor de imprimare și export date. <p>Raport tehnic.</p>	-
39	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Sistem de angiografie	-	-	-	<p>39.Sistem de angiografie monoplanară SHIMADZU *certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni /la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea mecanică a brațului angiografic și a mișcărilor controlate. 	<p>39.Sistem de angiografie monoplanară SHIMADZU *certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni /la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea mecanică a brațului angiografic și a mișcărilor controlate. 	-

						<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea generatorului RX, tubului radiogen și detectorului digital. • Măsurarea dozei, uniformității și calibrării imaginii. • Verificarea sistemului de colimare, expunere și securitate radiologică. • Curățarea și verificarea ventilatoarelor și filtrelor interne. • Verificarea consolelor, pedalei și interfețelor software. • Testarea UPS-ului dedicat. • Controlul tuturor cablurilor de înaltă tensiune. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea generatorului RX, tubului radiogen și detectorului digital. • Măsurarea dozei, uniformității și calibrării imaginii. • Verificarea sistemului de colimare, expunere și securitate radiologică. • Curățarea și verificarea ventilatoarelor și filtrelor interne. • Verificarea consolelor, pedalei și interfețelor software. • Testarea UPS-ului dedicat. • Controlul tuturor cablurilor de înaltă tensiune. 	
						Raport tehnic + protocol de testare ANRANR.	Raport tehnic + protocol de testare ANRANR.	
40	33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Electrocuagulator	-	-	-	<p>40.Electrocuagulator AESCULAP AG *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea generatorului de radiofrecvență. • Curățarea ventilatoarelor și verificarea răcirii interne. • Testarea modurilor de tăiere și coagulare. • Verificarea cablurilor, pedalelor și accesoriilor. • Testarea sistemelor de alarmă și protecție. • Verificarea impedanței plăcii neutre. • Măsurarea parametrilor de ieșire conform standardelor. <p>Emiterea raportului tehnic.</p>	<p>40.Electrocuagulator AESCULAP AG *certificat de instruire de la producător la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea generatorului de radiofrecvență. • Curățarea ventilatoarelor și verificarea răcirii interne. • Testarea modurilor de tăiere și coagulare. • Verificarea cablurilor, pedalelor și accesoriilor. • Testarea sistemelor de alarmă și protecție. • Verificarea impedanței plăcii neutre. • Măsurarea parametrilor de ieșire conform standardelor. <p>Emiterea raportului tehnic.</p>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**