

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1675849460458 din 16.03.2023
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice – 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
23.Set tuburi gofrate (3 tuburi)	31305020-13	Turcia	RventMedikal	Trei tuburi.Circuit de respirație (echivalent Compact II) pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,6 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. <u>Balon de oxigen 2 lit.</u> Tub de conectare a balonului cu lungimea 1,6 metri în stare întinsă. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Trei tuburi.Circuit de respirație (echivalent Compact II) pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului minim 1,6 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. <u>Balon de oxigen 2 lit.</u> Tub de conectare a balonului cu lungimea de minim 1,6 metri în stare întinsă. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau