

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21467995 din 13.09.2025

Obiectul de achiziție: Set de rezectoscopie

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Set de rezectoscopie	RC260-112 + RC260-102 + RC040-100 + RC240-122 + EU140-012	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26-27Fr Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24 Fr. Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv. Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 00/120/300. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Obturator - 1 buc. Obturator 24Fr, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Telescop 120 - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 295 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 120. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set.	Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26Fr Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24/26Ch. Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv . Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 00/12/30. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Obturator - 1 buc. Obturator 24/26 Ch, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Telescop 12 - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 302 mm , cu direcția de vizualizare 12. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set.	DM000558074 DM000558075 DM000558145 DM000579564 DM000558064 DM000558065 DM000468866 DM000579565
	EU140-030 + IM201-3011 in componenta: IM201-301', IM220-020, IM220-040 + 90-0221 or HF310-183 depinde de anul producere AUTOCON II 400			Telescop 30 - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 295 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 30. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Cablul de lumină - 1 buc. Cablul de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. Cablul bipolar de curent electric - 1 buc. Cablul bipolar de curent electric. Lungime 3 metri. Compatibil cu element bde lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale)	Telescop 30 - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 302 mm , cu direcția de vizualizare 30. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Cablul de lumină - 1 buc. Cablul de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Diameter 3.5mm or 4.8mm Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. Cablul bipolar de curent electric - 1 buc. Cablul bipolar de curent electric. Lungime 4.5 metri. Compatibil cu element bde lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale)	

	RC300-220 + RC240-260 + RC240-216 + RC240-202 + RC300-100			Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezeecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid). Electrod reutilizabil de taiere - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu vizualizare 120/300. Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă sau cilindru, destinate utilizării cu vizualizare 120/300. Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 120/300. Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezeecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid). Electrod reutilizabil de taiere - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu vizualizare 12/30. Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă sau cilindru, destinate utilizării cu vizualizare 12/30. Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 12/30 Compatibile cu set de rezeecție transuretrală bipolară. Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	DM000579573 DM000558159 DM000558152 DM000558148
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23