

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1	Teste pentru determinarea						
1.1	Anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG	COVG0940	Germania	Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie în ser/plazma,enzim conjugat pregatit pentru ucru,substratul sa fie gata de ucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Conform cerințelor	Conform cerințelor
2	Teste pentru determinarea markerilor						
2.1	Anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM	COVM0940	Germania	Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie în ser/plazma,enzim conjugat pregatit pentru ucru,substratul sa fie gata de ucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Conform cerințelor	Conform cerințelor
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova