

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1710871444728</u> din <u>19.03.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Verificare metrologică (periodică) a dispozitivelor medicale, pentru anul 2024</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1. UZI aparat (Toshiba,Logiq,Sonoscape)	-	-	-	Servicii de verificare periodică	-	-
Lot.2. Analizator (biochimic, hematologic, imunologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Analizator semiautomat	
Lot.3. Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Dispozitiv pentru măsurarea presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	
Lot.4. Aparat de cântărit cu funcționare neautomata AD 2000	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Servicii de verificare metrologică	Aparat de cântărit cu funcționare neautomata (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	
Lot.5. Ajustarea balanței electronice de laborator	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Servicii de verificare metrologică	Aparat de cântărit cu funcționare neautomata (ajustare)	
Lot.6. Dozator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

Lot.7. Aparat de cântărit cu funcționare neautomată BƏHM-15	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Servicii de verificare metrologică	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (pînă la 500 kg inclusiv)	
Lot.8. Alcotester profesional Drager 6820	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Servicii de verificare metrologică	Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometru)	
Lot.9. Camera de frig și cald (MPR 530,BXC-AREZZO)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	<i>Etalonare</i> – Incinte termostate (pentru 2 puncte)	
Lot.10. Centrifuga (Rotofix,HuMax)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Centrifugă de laborator	
Lot.11. Autoclav (Kronos,Melag,ISS-575,Sea-22L,OT 100V,BK-75)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
Lot.12. Termostat (HI-052,TC-80M,3IQ-1125)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Termostate	
Lot.13. Higrometru psihrometric	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Higrometre și psihrometre	
Lot.14. Electrocuagulator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență	
Lot.15. Ventilator de respirație artificială	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Dispozitiv de respirație artificială / Ventilator pulmonar	
Lot.16. Aparat de fizioterapie(BTL-6000, sonopulse, UGN-01M, Electroson ES-10-5, Magneto 2 Plus Line, Iono Basc, Magnetomed, Iskra-4)	-	-	-	Servicii de verificare periodică	-	-
Lot.17. Spirometru,Spirograf	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Spirometru electronic și spirotahometre	
Lot.18. Sterilizator cu aer	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu	

					aer uscat)	
Lot.19. Autorefractometru	-	-	-	Servicii de verificare periodică	-	-
Lot.20. Termometre medicale digitale	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Termometre medical digitale	
Lot.21. Microscope	-	-	-	Servicii de verificare periodică	-	-
Lot.22. Pulsoximetre	Verificare periodică	MDA	CMAC	Servicii de verificare periodică	Pulsoximetru / Pulsometru	
Lot.23. Ecoencefalograf	-	-	-	Servicii de verificare periodică	-	-

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN**

În calitate de: **Vicedirector**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**