

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21063902 din 02.11.2022
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene	UVAC 250	Moldova	LABROMED LABORATOR SRL	Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m³/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza generare de cîmp plazmatic Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte Consum de energie maxim 20W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Dovada eficacității asupra virusilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale Calitate și siguranță, certificări ISO 9001, Metoda de montare / fixare pe perete verticală	Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili . 1.Tensiunea nominală, (AC)V 230 2 .Frecvența curentului, Hz 50-60 3. Curentul nominal, A, max. 2,5-5 4 .Nivelul de zgomot dB, max. 56 5. Greutatea kg, max. 24 6. Dimensiunile de gabarit mm, max 815x280x195 7. Volumul de aer dezinfectat M3/h 250 Inregistrarea in Registru de Stat al Dispozitive Medicale Nr. DM 000367363 din 15.08.2022	CE
Total lot 1						
Lotul 7						
Sistem administrare perfuzii sub presiune	4301800013 4301900013	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem administrare perfuzii sub presiune Descriere Este folosit pentru pungile cu plasma sau soluțiile perfuzabile Parametru Specificația Manometrul gradat da, 0-300 mmHg Pară pentru creare presiune da Majetă de tip sac da, pungi 500-1000 ml Mâner de prindere pentru atârnamare da	Presa sigură poate fi utilizată pentru pungi de lichide de până la 500 resp. Volum de umplere 1.000 ml. Este alcătuit dintr-o manșetă cu suport pentru sac integrat, un tub de legătură cu manometru și o bilă cu valvă de evacuare. Manșeta este utilizată pentru perfuzii și transfuzii sub presiune. Manșeta este reutilizabilă. Potențial alergen: fără latex Steril: Nu Capacitate 500, 1000 ml	CE
Total lot 7						

Lotul 11						
Butelii oxigen	BO.100.15038 + RO.300.12240DI N6 + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB SRL	V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov	Cilindru de 10 litri cu supapă Futura Reductor O2 Presiune de lucru 230 bar intervale 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 UMIDIFICATOR STERILIZABILE PENTRU OXIGENTERAPIA Capacitate 250 cmc	CE
Total lot 11						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23