

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1744360931652
Obiectul achiziției: “ Tub X-ray pentru Angiograf + set perii pentru eliminarea tensiunii statice 2025 LP ”	

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Set perii pentru eliminarea tensiunea statica pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A Lot 2	Set perii pentru eliminarea tensiunea statica (BRUSH-TIP-KIT)	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Kit de perii pentru eliminarea tensiunea statica pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A – 1 set. Costul final va include toate lucrările de demontare a periilor defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, testare la fel cu eliberarea unui raport. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară.	Kit de perii pentru eliminarea tensiunea statica pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A – 1 set. Costul final va include toate lucrările de demontare a periilor defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, testare la fel cu eliberarea unui raport. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)