

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1551947937994

Denumirea procedurii de achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia spinării (implante spinale) și neurochirurgicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 2 Implante spinale. Cușca pentru</b>						
	2.1 Cușca ACIF	4210564/ 4210664/ 4210764/ 4210864/ - unul la alegere + 8792811/ 8792813/ 8792815/ 8792817/ 8792911/ 8792913/ 8792915 - un cod la alegere (2 buc)	SUA	Medtronic	<p>Cusca ACIF - lungimea 14-15 mm lățimea 12-14 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafața superioară și inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixare cageului în corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT și RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan; - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. -Certificat ISO 13485, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) confirmată cu semnătura electronică a ofertantului - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.</p>	<p>Cusca ACIF - lungimea 16 mm lățimea 14 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafața superioară și inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixare cageului în corpuri adiacente (suruburi) compatibil CT și RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK; suruburi - aliaj din titan; - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. -Certificat ISO 13485, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) confirmată cu semnătura electronică a ofertantului - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.</p>	

	2.2	Set de instrumente				<p>Componenta minima setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trusa de sterilizare speciala – 1buc.</li> <li>2. maner –cheia pentru implantare -1buc</li> <li>3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc</li> <li>4. dispozitiv pentru distractie intre doua corpuri vertebrale – 1buc</li> <li>5. pinuri pentru dispozitiv de distractie – 4buc</li> </ol>	<p>Set de instrumente - Gratuit in folosinta.</p> <p>Componenta minima setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trusa de sterilizare speciala – 1buc.</li> <li>2. maner –cheia pentru implantare -1buc</li> <li>3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc</li> <li>4. dispozitiv pentru distractie intre doua corpuri vertebrale – 1buc</li> <li>5. pinuri pentru dispozitiv de distractie – 4buc</li> </ol>	
--	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316