

Anexa nr. 22									
la Documentația standard din									
Ordinul Ministerului Finanțelor									
nr. 115 din 15 septembrie 2021									
Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648556792594					Data: „05” Mai 2022		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Consumabile și seturi jetabile pentru a.2022					Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	2	Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril	Drape SMS 160x200	INT-1200-1620S	Turcia	Total lth. lhr. Ve Paz. Ltd. Sti.	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485
33100 000-1	3	Lotul-3. Halat p/u vizită getabile	SMS Surgical Gown	RW - 20	Turcia	I TEKNOLOJİ MEDİKAL VE ELEKTRONİK SAN VE TİC.LTD.STİ.	Halat de unica folosinta nesteril cu maneta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea L	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea L	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485
33100 000-1	4	Lotul-4. Halat p/u vizită getabile	SMS Surgical Gown	RW - 20	Turcia	I TEKNOLOJİ MEDİKAL VE ELEKTRONİK SAN VE TİC.LTD.STİ.	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea XL	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea XL	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485
33100 000-1	25	Lotul-25. Set din articole nețesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Table Cover 240x160	INT-1126	Turcia	Total lth. lhr. Ve Paz. Ltd. Sti.	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului: -cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. <i>(La toate dimensiunile se admite o diviere +/- 10mm)</i>	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului: -cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. -La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485
33100 000-1	26	Lotul-26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	General Surgery Set	INT-3000-XX	Turcia	Total lth. lhr. Ve Paz. Ltd. Sti.	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: -Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc -Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc -Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc -Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc -Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc -Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc -Zona de incizie – min. 10x101 cm; -Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, împregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; -Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 -Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; -Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 -Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; -Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, împregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; -Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 -Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS -Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: -Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc -Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc -Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc -Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc -Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc -Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc -Zona de incizie – min. 10x101 cm; -Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, împregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; -Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 -Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; -Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 -Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; -Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, împregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; -Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 -Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS -Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23