

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1705991754679</a> din 23 ianuarie 2024
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Moldova	Rio-Medical SRL	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală	

				lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	
Uscator de aer Atlas Copco FD185	Uscator de aer Atlas Copco FD185	Moldova	Rio-Medical SRL	Lucrări necesare: Înlocuirea compresorului de freon la uscător. In oferta sa fie inclus si lucrarile de demontare și instalarea compresorului de freon, completarea circuitului cu freon.	Lucrări necesare: Înlocuirea compresorului de freon la uscător. In oferta sa fie inclus si lucrarile de demontare și instalarea compresorului de freon, completarea circuitului cu freon.	
Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționar și alte componente ale stației - 1 instalatie	Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționar și alte componente ale stației - 1 instalatie	Moldova	Rio-Medical SRL	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern	

				componentele utilizate.	9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	
--	--	--	--	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de:Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101