

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF**

<b>Numărul achiziției comerciale: 21035773, ocds-b3wdp1-MD-1612263538642.</b>						<b>Data: 11.02.2021</b>	Alternativa n	
<b>Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator.</b>						<b>Lot:</b>	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

**Lot 5. Specificații standard pentru investigațiile imunologice (probele reumatice).**

1	33696500-0	CRP (Proteina C reactivă)	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L,	<b>CRP (Proteina C reactivă)</b> Latex-test, kit 100teste/5ml. Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material CRM-470 /RPPH. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L, Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33696500-0	RF (Reumatoid Factor)	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Hemoglobină ( $\leq 10$ g / L), bilirubină ( $\leq 20$ mg / dL) și lipaemie ( $\leq 10$ g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml	<b>RF (Reumatoid Factor)</b> Latex-test, kit 100teste/5ml. Hemoglobină până la 10g/L, bilirubină până la 20mg/dL și lipaemie până la 10g/L, nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33696500-0	ASO (Antistreptolizină)	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97%	<b>ASO (Antistreptolizină)</b> Latex-test, kit 100teste/5ml. Sensibilitate analitică: 200 $\pm$ 50 UI/mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. Specificitatea diagnosticului: 97% Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

**Consumabile și ustensile de laborator.**

18	33696500-0	Pipetă- dozator automată, 200-1000 mk	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător	Pipetă-dozator automată cu volum ajustabil 200-1000mk. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
19	33696500-0	Pipetă- dozator automată, 0-100 mk	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător	Pipetă-dozator automată cu volum ajustabil 10-100mk. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
20	33696500-0	Pipetă- dozator automată, 0-50 mk	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.	Pipetă-dozator automată cu volum ajustabil 5-50mk. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

**Data: 11.02.2021**  
**Valabilitatea ofertei -60 zile.**