

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1651847965407		Data:	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022		Lot: 19	Pagina: 1 din 3

LO T	Cod CPV	Specificatie Solicitata	Cantitate	UM	Produs Ofert	Producator/ Tara	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
19	33100000-1	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100	2	Bucata	ETIUDA	Alvo, Polonia	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140100 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140130 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea = 220 cm Lățimea = 50 cm (56 cm cu sine laterale) Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70-103 cm	ISO/CE

							Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomndă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit.	Deplasarea longitudinală = 30 cm Trendelemburg = 40 grade Inversarea trendelemburgului = 40 grade Secțiile mesei = 5 secții Înclinarea: Laterală = 30 grade Secția din spate de la +85 la -45 grade Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade Greutatea pacientului max 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 47x39 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomndă da	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

							stand pentru perfuzie 1 unit. cureaua pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. cureaua pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Andrei Bocancea

Ofertantul: SRL Penta Trading



În calitate de: Administrator

Adresa: str. Mesterul Manole 9