

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1770905393424](#)

Denumirea procedurii de achiziție Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 conform Caietului de sarcini

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3. Servicii de mentenanță a Sistemelor radiologice						
Sistem radiologic Flexavision SF, Shimadzu, Japonia	Flexavision SF	Japonia	Shimadzu	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026	CE
Sistem radiologic Radspeed pro, Shimadzu, Japonia	Radspeed Pro	Japonia	Shimadzu	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	CE
Radiografie computerizată CR3600, iCRco, SUA	CR3600	SUA	iCRco	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	Conform caietului de sarcini. 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău