



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITI PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1708095467245 din 22.03.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33100000-1	Centrifugă, de laborator	603.05.001	Germania	Isolab	<p>Centrifuga, de laborator</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm de la 500</p> <p>Maximală, rpm ≥ 3500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 12 tuburi</p> <p>Timer Gama de timp 0 - ≥60 min</p> <p>Incrementarea ≤1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului</p> <p>Indicatori Indicatori vizual și (acustic opțional)</p> <p>Debalansare</p> <p>Pornire/oprire</p> <p>Capac deschis</p> <p>Display Digital</p> <p>Nivelul de zgomot ≤70 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare</p>	<p>Centrifuga laborator clinic, displeu LCD, 4500rpm, 2490RFC, 30sec 99min, 603.05.001, Isolab</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm de la 500</p> <p>Maximală, rpm 100-4500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 12 tuburi</p> <p>Timer Gama de timp 0 - ≥60 min</p> <p>Incrementarea ≤1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului</p> <p>Indicatori Indicatori vizual și (acustic opțional)</p> <p>Debalansare Pornire/oprire Capac deschis</p> <p>Display Digital Nivelul de zgomot ≤65 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare</p> <p>DM000206503, cat pag. 170</p>	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	33100000-1	Centrifugă, de laborator	bucată	2	16.300,0000	19.560,0000	32.600,00	39.120,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmuiț, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							32.600,00	39.120,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu