

**Grafic de executare a serviciilor de mentenanță preventivă a generatorului de oxigen IMT
POC 8600 MED cu compresor GA 75 VDS plus, Atlas Copco, uscător FD 260 VSD Atlas
Copco, beneficiar IMSP SCM Sfântul arhanghel Mihail**

Lucrările vor fi efectuate lunar, sau simestrial conform caietului de sarcini și contoarelor echipamentului.

Numărul	Perioada	Denumirea serviciilor
1	Martie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună. .
2	Aprilie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță-simestrial -Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu- simestrial.
3	Mai	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
4	Iunie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
5	Iulie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
6	August	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
7	Septembrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
8	Octombrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe

		<p>lună.</p> <p>-Schimbarea kitului de mentenanță-simestrial -Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu- simestrial.</p>
9	Noiembrie	<p>-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu</p> <p>-Verificarea de scurgeri de ulei</p> <p>-Resetarea erorilor</p> <p>-O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.</p>
10	Decembrie	<p>-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu</p> <p>-Verificarea de scurgeri de ulei</p> <p>-Resetarea erorilor</p> <p>-O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.</p>

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL