



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21259813 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1721141401507](#) din 23.08.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (partea II)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 88					
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	Phoenix Blu LED Print 24L Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000614459	Italia Guarisco Medical S.r.l.	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. – DA Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B – DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafaţa exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimant obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor	Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox – DA Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni – DA Securitate la supraîncălzire obligatoriu – DA Securitate la suprapresiune obligatoriu – DA Alarmer acustică vizuală – DA Durata sterilizării reglabilă obligatoriu – DA Control Microprocesor – DA Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu – DA Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu – DA Suprafaţa exterioară să nu se încălzească – DA Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu – DA Imprimanta obligatoriu – DA Afişaj alfanumeric – DA Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă – DA Ciclu de vacuum obligatoriu – DA Pre şi post vacuum da, selectabil – DA 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata – DA Sistem de uscare obligatoriu – DA Facilităţi de setare timp – DA temperatura – DA eliberare automată a vaporilor – DA	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	racire rapidă – DA Volum interior 21 - 25 L – DA Precizie timp de sterilizare 1 min – DA Rafturi da, min. 3 tavi – DA, pag. 15 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri – DA, 12 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C – DA, pag. 16 Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C – DA, pag. 17 Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare – DA Înregistrator date obligatoriu – DA Tip date data – DA timp – DA temperatura – DA presiune – DA Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l – DA, pag. 16 Alimentare 220V, 50 Hz – DA	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21259813 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1721141401507 din 23.08.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (partea II)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
33100000-1	88	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B 270110	Buc.	2	55.000,00	66.000,00	110.000,00	132.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							110.000,00	132.000,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.