

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 din 08.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 23, Microscop binocular, de laborator	BS.1152-EPL	Olanda	Euromex	Corpul dotat cu cap revolver pentru 4 obiective; Cap binocular rotabil 360°cu inclinație 30°; Ocular cu cimp larg WF 10x/18 mm; Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei); Dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y axa de deplasare 70x30mm; Placa mecanica cu 2 straturi, glisanta 125x115 mm; Focalizare cu control coaxial; ajustare ultrafina macro si micrometrica;	S1. Da, microscop dotat cu cap revolver pentru 4 obiective (conform broșura pag. 3) S2. Da, microscop binocular cu cap rotabil la 360° si cu inclinație 30° (conform broșura pag. 1) S3. Superior, microscop ce dispune de oculare cu camp larg HWF 10x/20 mm (conform broșura pag. 1, 3) S4. Da, microscop ce dispune de obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei) (conform broșura pag. 3) S5.Superior, microscop ce dispune de dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y si ofera deplasare pe axa 75x36 mm (conform broșura pag.5) S6. Superior, microscop ce dispune de placa mecanica cu 2 straturi, glisante 152/197 x 161 mm (conform broșura pag. 5) S7. Da, microscop ce dispune de reglaje duble coaxiale, grosiere și fine. Precizie 1,11 μm, 200 μm per rotație, distanță totală de aproximativ 19 mm. Furnizat cu un opritor reglabil pentru a preveni deteriorarea probei și a obiectivelor. Reglajul grosier este echipat cu control al frecării. (conform broșura pag. 1)	CE, AMDM: DM00076 6204

				Condensor Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris; Alimentare 100-240V/50-60Hz. Iluminare LED de 3 W cu intensitate reglabila, echivalent ca performanță tehnică cu X-LED 2;	S8. Da, microscop ce dispune de condensator Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris (conform brosură pag. 2) S9. Da, alimentare microscopului se face la 100-240V/50-60Hz. (conform brosură pag. 2) S10. Da, micorscop binocular cu iluminare 3 W NeoLED si intensitate reglabila (conform brosură pag. 1, 2, 3)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11