

Specificații tehnice (Anexa nr. 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 6]

Numărul licitației:		LP conform SIA RSAP nr. 21312587 / ocds-b3wdp1-MD-1731942493455 din 19.12.2024							
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	5	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg,	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg,	V-14HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 48 ml/oră. Volumul de umplere 87 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 193; -creatinina 185; -fosfați ≥ 182; - vitamina B-12 ≥ 139. (vezi anexa Brochure VITAL HF dialyzers.semnat)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467202
3310000 0-1	6	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	V-16HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfați ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea - 195; -creatinina - 190; -fosfați - 188; - vitamina B-12 - 148.(vezi anexa Brochure VITAL HF dialyzers.semnat)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467203
3310000 0-1	7	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	V-18HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 60 ml/oră. Volumul de umplere 109 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea - 196; -creatinina - 193; -fosfați - 192; - vitamina B-12 - 157.(vezi anexa Brochure VITAL HF dialyzers.semnat)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467205

3310000 0-1	8	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S),	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Tubing Sets for Hemodialysing BLU006G	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S)Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S)Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.(vezi anexa BLU006G BTL Vital)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467206
3310000 0-1	11	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)	Tubing Sets for Hemodialysing BLU006G	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe tehnico-medicele pentru liniile de singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie transparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe tehnico-medicele pentru liniile de singe (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie transparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 (vezi anexa BLU006G BTL Vital)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467206
3310000 0-1	12	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți,	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți,	Fistula Needles sets 16Gx25mm (artery) Vital Code AVF2516LR01G	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Cerințe tehnico-medicele pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicele pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm(vezi anexa AVF2516FR01G)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467281

3310000 0-1	13	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Fistula Needle sets 16Gx25mm (vein) Vital Code AVF2516LR02G	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm(vezi anexa AVF2516FR02G)	CE; ISO, Nr. AMDM DM000467282
----------------	----	--	--	---	----------	-------------------------------	---	--	-------------------------------------

Semnat: Talpis Numele, Prenumele: Talpis Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zeticon SRL Adresa: bd. Moscova 9/5, of. 49

