

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1707482961910
Obiectul achiziției:	Piese de schimb pentru utilaje medicale existente la IMSP AMT Centru

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Acumulator pentru detectorul Protec Lot 6	Baterie pentru detector RAPIXX 35*43 Wi-Fi	Germania	Protec GmbH	Descriere: Destinat pentru utilizarea in detector digital al instalatiei radiologice Protec PRS 500; Modelul detectorului: Mars 1417V-TSI; Modelul acumulatorului:battery-KV; Tensiunea: 10,8V; Curent: >4180 mAh prelul va include instalarea	Descriere: Destinat pentru utilizarea in detector digital al instalatiei radiologice Protec PRS 500; Modelul detectorului: Mars 1417V-TSI; Modelul acumulatorului:battery-KV; Tensiunea: 10,8V; Curent: >4180 mAh prelul va include instalarea	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)