

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1695389614853 / 21093931	din 24 noiembrie 2023
Obiectul de achiziție:	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (listă suplimentară 24)	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
3	33100000-1	Analizator de gaze în sânge	BGA-102 Catalog nr. W966	China	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd	<p>Analizator de gaze în sânge</p> <p>Descriere Analizator automat pentru aprecierea gazelor în sânge</p> <p>Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă</p> <p>Analizator de tip Point of Care, test cu test, de gaze sanguine, electroliți, metaboliti, hematocrit;</p> <p>Sa permita obținerea rezultatelor rapid, în mai puțin de 180 sec.</p> <p>Sa lucreze cu un volum proba de la 50 uL până la 95 uL sânge integral venos sau arterial.</p> <p>Sa aiba tehnologie touch screen</p> <p>Aparatul sa fie portabil, gata de utilizare oricând</p> <p>Sa funcționeze cu carduri de test pentru a nu condiționa volumul de lucru lunar</p> <p>Stocarea cardurilor de teste să fie făcută la temperatura camerei, sa nu necesite refrigerare</p> <p>Fiecare card sa se calibreze inaintea lucrului probei</p> <p>Sa fie dotat cu control al calității integrat</p> <p>Sa nu necesite mentenanță</p> <p>Sa poata fi folosit atât fix cât și portabil</p> <p>Se conectează la priză sau lucrează cu baterii reîncărcabile</p> <p>Utilizarea carduri senzor</p> <p>Posibilitatea de conectare imprimanta externa prin tehnologia bluetooth</p> <p>Sa poata lucra pe un test Card: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Hct.</p> <p>Sa se poata introduce intervale de normalitate pentru sange venos si arterial</p>	<p>Analizator de gaze în sânge</p> <p>Descriere Analizator automat pentru aprecierea gazelor în sânge</p> <p>Specificația tehnică propusă de către ofertant</p> <p>Analizator de tip Point of Care, test cu test, de gaze sanguine, electroliți, metaboliti, hematocrit;</p> <p>Permite obținerea rezultatelor rapid, în 45 sec.</p> <p>Lucrează cu volumul probei 80 uL sânge integral venos sau arterial.</p> <p>Are tehnologie touch screen.</p> <p>Aparatul este portabil, gata de utilizare oricând.</p> <p>Funcționează cu carduri de test pentru a nu condiționa volumul de lucru lunar.</p> <p>Fiecare test în ambalaj individual.</p> <p>Stocarea cardurilor de teste este făcută la temperatura camerei, și nu necesită refrigerare.</p> <p>Fiecare card sa se calibreze inaintea lucrului probei.</p> <p>Control al calității extern (3 nivele).</p> <p>Nu necesită mentenanță.</p> <p>Se poate folosi atât fix cât și portabil.</p> <p>Se conectează la priză și/sau lucrează cu baterii reîncărcabile.</p> <p>Utilizează carduri senzor.</p> <p>Printer încorporat.</p> <p>Se lucrează cu test Card: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Cl -, Hct (Opțional: Glu, Lac).</p> <p>Sa se poata introduce intervale de normalitate pentru sange venos si arterial.</p> <p>Înregistrat la AMDM cu nr.DM000376113</p>	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**