

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1769522064254](#) din 27 ian 2026, 15:58

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 7. Sistem de protecție împotriva emboliilor	Robin SDN4RX SDN5RX SDN6RX SDN7RX SDN8RX	Polonia	Balton sp. z o.o.	"Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat ≥ 180cm • 4 markeri radioopaci SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 4 variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm • filtru cu pori de 100μ SAU cel puțin 80-160μm • Crossabilitate excelentă	Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat • 2 markeri radioopaci / Pt • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de marime: 4, 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100÷120μm • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 4,2F÷4,5F • cateter de livrare tip ”Peel-away”	DM000660980 DM000660979 DM000660982 DM000660983 DM000660981

				- Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F "		
Lot 8. Ghid metaliz amplatz extra stiff	STEEL GUIDEWIRE COATING PTFE SUPER STIFF PL3590T PLJ3590T PL35150T PLJ35150T PL35180T PLJ35180T PL35260 PL35260T PLJ35260T	Polonia	Balton sp. z o.o.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Shaft extrasitff. Diametrul obligatori 0,035" cu vârș atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micsorarea frictiei,cu un vârș moale drept si in unghi, deformabil . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea: 180, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Shaft extrasitff. Diametrul: 0,035" cu vârș atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pentru micsorarea frictiei,cu un vârș moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea: 180, 260 cm. Suplimentar lungimi: 90, 150cm.	DM000754131 DM000754132 DM000754133 DM000754134 DM000754135 DM000754136 DM000754137 DM000754138 DM000754139
Lot 25. Balon Extracompliant	Copernic COPERNIC10 COPERNIC15 COPERNIC20 COPERNIC30 SCOPERNIC10 SCOPERNIC15 SCOPERNIC20 SCOPERNIC30	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatiilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata și grad foarte bun de torsiune, Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului, Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm. Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-7 mm. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012" și .014"(pag. 1). Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2	DM000634194 DM000634195 DM000634196 DM000634197 DM000634200 DM000634201 DM000634202 DM000634203

				anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare. Dimensiuni 2.8/2.7, vârf 3.25; Diametre 3,4,7mm; Lungimi- 5,7,10mm.	markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului (pag. 1). Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2 (pag. 2)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vorontov Alexei În calitate de: Director

Ofertantul: MED POWER SRL Adresa: Chișinău, str., N. Zelinski 34/4, of.55