

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10 octombrie 2022									
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023									

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
33100 000-1	12	Câmp steril super absorbant	Câmp steril super absorbant	Câmp steril super absorbant (Model 100 001 S)	Turcia	Zeyni Medikal Tekstill Ins.San.VeTic.Ltd.Sti	Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului superabsorbant de viscoză și/sau poliester – minim 75 g/m2; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine); marcai CE, certificat EN13795;	Dimensiuni 55x70 cm; compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului superabsorbant de viscoză și/sau poliester – minim 75 g/m2; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine); marcai CE, certificat EN13795;	CE,ISO
33100 000-1	182	Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice (Model 601 001 S)	Turcia	Zeyni Medikal Tekstill Ins.San.VeTic.Ltd.Sti	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm , cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm. Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat , bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm, extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm, 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	CE,ISO
33100 000-1	271	Capot (halat) chirurgical steril marimea XL	Capot (halat) chirurgical steril marimea XL	Capot (halat) chirurgical steril marimea XL (Model 100 001 S)	Turcia	Zeyni Medikal Tekstill Ins.San.VeTic.Ltd.Sti	1. Din material netesut - fibre de polipropilen, 2. minim 3 tipuri de fibre – SMS; 3. repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; 4. măneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, 5. se va exclude maneca cusuta cu acul; 6. lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), 7. lungimea halatului - nu mai puțin de 155 cm (±3 cm) din umeri pana la poale, 8. latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); 9. ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului si data expirării; 10. indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), 11. termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; 12. marcai CE, certificat EN13795;mostrre la solicitare. 13. Marime XL, XXL	1. Din material netesut - fibre de polipropilen, 2. minim 3 tipuri de fibre – SMS; 3. repelent, grosimea materialului SMS - minim 40 g/m2; 4. măneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, 5. se va exclude maneca cusuta cu acul; 6. lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm, 7. lungimea halatului - nu mai puțin de 155 cm din umeri pana la poale, 8. latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm; 9. ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului si data expirării; 10. indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), 11. termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; 12. marcai CE, certificat EN13795;mostrre la solicitare. 13. Marime XL, XXL	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Perepețița În calitate de: Director general

Oferantul: Tetis International Co SRL Adresa:mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3