Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1723216079628 | Data: „ ” _____ 20__ | Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 3) | Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100 000-1	2	Balon farmacologic Sirolimus	Balon farmacologic Sirolimus	MAGIC TOUCH SCB CMT35030, CMT25030, CMT35015, CMT22525, CMT35025, CMT25015, CMT27525, CMT27510, CMT22520, CMT40030, CMT40015, CMT30010, CMT40025, CMT35010, CMT40010 , CMT30015, CMT25020, CMT27515, CMT30020, CMT25010, CMT40020, CMT22530, CMT27520, CMT30025, CMT22515, CMT22510, CMT25025, CMT30030, CMT27530, CMT35020	Olanda	Comcept Medical	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de ≥ 1.25 µg/mm². Lungime utila cateter de 142 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.25 pina la 4.5 mm; lungime de la 9 la 30 mm. Presiune nominala 7 atm, RBP 14-16 atm.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de = 1.27 µg/mm².(pagina 1) Lungime utila cateter de 140 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Compatibil cate-ghid 6F.(pagina 1) Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.25 pina la 4.0 mm; lungime de la 10 la 30 mm. Presiune nominala 8 atm, RBP 14 atm. (pagina 1)	DM000642603, DM000642582, DM000642600, DM000642574, DM000642602, DM000642579, DM000642588, DM000642585, DM000642573, DM000642610, DM000642607, DM000642592, DM000642609, DM000642599, DM000642606, DM000642593, DM000642580, DM000642586, DM000642594, DM000642578, DM000642608, DM000642575, DM000642587, DM000642595, DM000642572, DM000642571, DM000642581, DM000642596, DM000642589, DM000642601
33100 000-1	4	Balon pentru arterele carotide	Balon pentru arterele carotide	**AVIATOR™ PLUS** **0.014” rapid-exchange PTA Cathete** 424-4020 W 424-4040 W 424-4520 W 424-4540 W 424-5020 W 424-5040 W 424-5520 W 424-5540 W 424-6020 W 424-6040 W 424-7020 W 424-7040 W	SUA	CORDIS	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014” sau 0,018”; Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse intre min.4 şi 7 mm cu incremente de 5mm, cu Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină obligator minim 135cm; compatibil cu categhid 4F;Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 7-10 atm; RBP la minim 15 atCerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii şi alte dimensiuni):Lungimi obligatorii de minim 20,40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta şi alte dimensiuni) ;	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014”(pagina 3) Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse intre min.4 şi 7 mm cu incremente de 5mm (pagina 3), cu Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină obligator 142cm(pagina 3); compatibil cu categhid 4F (pagina3);Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 10 atm; RBP la minim 15 atm (pagina 4). Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii şi alte dimensiuni): Lungimi obligatorii de minim 20,40 mm (pagina 4) (suplimentar la cele obligatorii se accepta şi alte dimensiuni) ;	DM000594919, DM000594939, DM000594933, DM000594931, DM000594921, DM000594937, DM000594923, DM000594927, DM000594917, DM000594935, DM000594929, DM00059492
33100 000-1	27	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	**Pegasus** pEGASUS-350-15-HPC pEGASUS-350-20-HPC pEGASUS-350-30-HPC pEGASUS-450-15-HPC pEGASUS-450-20-HPC pEGASUS-450-30-HPC	Germany	Phenox	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)-stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse- capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraverseaza cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal - 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului,concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului - celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent- scurtare maxima 6,3% in timpul montarii - firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii şi alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm)- incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)-stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse- capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraverseaza cu un microcateter- 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal- 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului- celulele deschise(pagina 2) permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent- scurtare maxima 6,3% in timpul montarii- firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii şi alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/1mm)- diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm)(pagina 1)- incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000613826 DM000613829 DM000613831 DM000613833 DM000613830 DM000613827

Digitally signed by Ostapciuc Alexandr
Date: 2024.09.19 14:14:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

33100000-1	37	Cateter cu balon	Cateter cu balon	**Mustang™Cateter dilatator cu balon PTA** 08714729793625 08714729793755 08714729793601 08714729794462 08714729794479,08714729793977, 08714729793335, 08714729794967, 08714729793366, 08714729794127, 08714729794691, 08714729794509, 08714729793519, 08714729794981, 08714729794141,08714729795056, 08714729794295, 08714729794134, 08714729795230, 08714729793663, 08714729794080, 08714729794097, 08714729794684, 08714729794073, 08714729793557, 08714729794233, 08714729793533, 08714729795254, 08714729793847, 08714729794448, 08714729793526 ,08714729795001, 08714729794608, 08714729794752, 08714729794363, 08714729794431,08714729793465, 08714729793458, 08714729793670, 08714729793724, 08714729793823, 08714729794387, 08714729794523, 08714729794028, 08714729793571, 08714729793472, 08714729793373, 08714729794936, 08714729793540, 08714729794974, 08714729794998, 08714729793687, 08714729793380, 08714729794714, 08714729793793, 08714729793939, , 08714729794516, 08714729794110, 08714729794769, 08714729794325, 08714729793618, 08714729794776, 08714729795223, 08714729793649, 08714729793694, 08714729794165, 08714729793878, 08714729793595, 08714729794417, 08714729795186, 08714729794059 , 08714729794288, 08714729794011, 08714729793717, 08714729794219, 08714729794035 08714729794301, 08714729793816 08714729795162 , 08714729795209, 08714729793830 ,08714729793748, 08714729793410, 08714729794653 ,08714729794677, 08714729793786, 08714729794257, 08714729793434, 08714729793403, 08714729793502 08714729794394 , 08714729794554, 08714729794943, 08714729793762, 08714729794738, 08714729794271, 08714729793861, 08714729794486, 08714729794332, 08714729793984, 08714729794561, 08714729794455, 08714729794615, 08714729793656,08714729794578, 08714729793489, 08714729794240, 08714729794424, 08714729794547, 08714729794493, 08714729794189, 08714729793779, 08714729793915, 08714729793700, 08714729793397, 08714729793328, 08714729794585 08714729794868 , 08714729793427, 08714729793885, 08714729794042, 08714729793342, 08714729794004, 08714729793960, 08714729793892, 08714729794707 08714729794264, 08714729794950, 08714729793359, 08714729794318, 08714729794158, 08714729793991, 08714729794851, 08714729794196, 08714729794530, 08714729793809, 08714729793496, 08714729793854, 08714729793946, 08714729794349, 08714729795018, 08714729795285, 08714729793441, 08714729793922 **(din extras din catalog)**			Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,75 și 135 cm.(pagina 2 brosura) Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. (pagina 1 brosura) diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm(pagina 1 brosura) lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm(pagina 2 brosura)	DM000187110, DM000187063 DM000187182, DM000187188, DM000187172 DM000187179, DM000187166, DM000187190 DM000187178, DM000187185 , DM000187191 DM000187132 , DM000187175, DM000187145 DM000187189, DM000187170 , DM000187176 DM000187156 ,DM000187161,DM000187142 DM000187157 , DM000187136, DM000187130 DM000187187 , DM000187129, DM000187128 DM000187134 , DM000187150, DM000187152, DM000187149, DM000187124 , DM000187155 DM000187121 , DM000187123 , DM000187144 DM000187159 , DM000187173, DM000187154 DM000187153, DM000187127 , DM000187 , DM000187141 , DM000187163 DM000187140, DM000187151 , DM000187186 DM000187162 , DM000187137, DM000187180 DM000187143 , DM000187139 , DM000187171 DM000187183 , DM000187158 , DM000187164 DM000187165 , DM000187135, DM000187148, DM000187122 , DM000187174 ,DM000187126 DM000187181 , DM000187184 ,DM000187160 DM000187169 , DM000187146, DM000187138 DM000187168, DM000187167 DM000187133, DM000187147, DM000187057 , DM000187085 , DM000187111 , DM000187051, DM000187048 , DM000187078 , DM000187086 , DM000187088 DM000187073, DM000187114 ,DM000187082 DM000187052, DM000187064 ,DM000187103 DM000187099 , DM000187092 ,DM000187107 DM000187060, DM000187074 DM000187053 DM000187083 ,DM000187094 , DM000187090, DM000187071 DM000187100 , DM000187096 ,DM000187055 DM000187079 , DM000187047 ,DM000187093 DM000187056 , DM000187059, DM000187101, DM000187068 ,DM000187077 DM000187050, DM000187067, DM000187081, DM000187108, DM000187084 DM000187095, DM000187046, DM000187193, DM000187194, DM000187117, DM000187115
		Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com Stauceni							