


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **21033924 din 13/01/2021**


Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Ochelari de protecție 	HF105 ELBE	China	JINHUA HENGFA INDUSTRY CO., LTD	Incolori, să fie etanși cu protecție laterală și frontală, să poată fi purtați peste ochelari de vedere, fără părți metalice, să fie din polycarbonat, cu vizor plat și ramă din plastic moale, rama să fie monobloc cu protecție laterală, părțile laterale să fie transparente, vederea laterală să nu fie afectată, lentilele transparente din polycarbonat cu protecție la zgârieturi și cu strat anti-aburire, permit ventilație indirectă, cu fixare etanșă pe față, să ofere protecție împotriva	Incolori, să fie etanși cu protecție laterală și frontală, să poată fi purtați peste ochelari de vedere, fără părți metalice, să fie din polycarbonat, cu vizor plat și ramă din plastic moale, rama să fie monobloc cu protecție laterală, părțile laterale să fie transparente, vederea laterală să nu fie afectată, lentilele transparente din polycarbonat cu protecție la zgârieturi și cu strat anti-aburire, permit ventilație indirectă, cu	EN 166

				lichidelor, să se fixeze în jurul capului cu ajutorul bandei elastice special creată pentru a asigura o susținere fermă. Mărime universală. Ambalaj individual. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: EN 166 sau SNI/ISEA Z87.1-2010, sau echivalentul, cu prezentarea documentelor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1). * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.	fixare etanșă pe față, să ofere protecție împotriva lichidelor, să se fixeze în jurul capului cu ajutorul bandei elastice special creată pentru a asigura o susținere fermă. Mărime universală. Ambalaj individual. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: EN 166 sau SNI/ISEA Z87.1-2010, sau echivalentul, cu prezentarea documentelor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1). * Pentru o identificare mai	
--	--	--	--	--	--	--

					precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.	
Total lot 4						
Lotul 5						
Respiratoare 	502 FFP2 NR	Italia	BLS SRL	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP 3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internationale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.*Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/modelul/ denumirea	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FF P3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internationale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.*Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/	EN 149

				comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cusemnătura electronic.	modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cusemnătura electronic.	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Soling SA** Adresa: **Petricani 25, or.Chisinau**

