

la Documentația standard nr. 115

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1677595619835 din 28.02.2023**Obiectul achiziției: **Materiale si Instrumentar Stomatologic pentru anul 2023**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner.	DIAFIL FLOW	Korea	DiaDent	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, barium - alumino-silicat. Prezentare seringă: 2 g .	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Benderschi Tamara** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **Prodent-Com SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Str. Teilor 9/4**