

Către: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), mun. Chișinău,  
 str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005

### DECLARAȚIE

Prin prezenta declaratie, asiguram consumabilele necesare pentru minim doua revizii tehnice  
 (4000 ore + 4000 ore), pentru:

- **GENERATOR SI SISTEM DE FILTRARE**

	Maintenance Interval	Kit Order Number	Part Description	Capacity (m3/min)	Part Order Number	# of Parts
<b>Lot 1 Oxyfresh-200</b>	Every 4000 hour kit	0200-0260-065	5 Micron Filter Cartridge (P)	4,3	MHA260-P	1
			1 Micron Filter Cartridge (G)	4,3	MHA260-G	1
			0.01 Micron Filter Cartridge (H)	4,3	MHA260-H	1
			Carbon Filter Cartridge (C)	4,3	MHA260-C	1
			Dust Filter Cartridge (D)	1,1	MHA65-D	1
			Sterile Filter Cartridge (DS)	1,1	MHA65-DS	1

	Maintenance Interval	Kit Order Number	Part Description	Capacity (m3/min)	Part Order Number	# of Parts
<b>Lot 2 Oxyfresh-300</b>	Every 4000 hour kit	0300-0530-065	5 Micron Filter Cartridge (P)	8,8	MHA530-P	1
			1 Micron Filter Cartridge (G)	8,8	MHA530-G	1
			0.01 Micron Filter Cartridge (H)	8,8	MHA530-H	1
			Dust Filter Cartridge (D)	8,8	MHA530-C	1
			Dust Filter Cartridge (D)	1,1	MHA65-D	1
			Sterile Filter Cartridge (DS)	1,1	MHA65-DS	1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Maintenance Interval	Kit Order Number	Part Description	Capacity (m3/min)	Part Order Number	# of Parts
<b>Lot 3 Oxyfresh-400</b>	Every 4000 hour kit	0400-0530-065	5 Micron Filter Cartridge (P)	8,8	MHA530-P	1
			1 Micron Filter Cartridge (G)	8,8	MHA530-G	1
			0.01 Micron Filter Cartridge (H)	8,8	MHA530-H	1
			Dust Filter Cartridge (D)	8,8	MHA530-C	1
			Dust Filter Cartridge (D)	1,1	MHA65-D	1
			Sterile Filter Cartridge (DS)	1,1	MHA65-DS	1

	Maintenance Interval	Kit Order Number	Part Description	Capacity (m3/min)	Part Order Number	# of Parts
<b>Lot 4 Oxyfresh-500</b>	Every 4000 hour kit	0500-0630-065	5 Micron Filter Cartridge (P)	10,5	MHA630-P	1
			1 Micron Filter Cartridge (G)	10,5	MHA630-G	1
			0.01 Micron Filter Cartridge (H)	10,5	MHA630-H	1
			Carbon Filter Cartridge (C)	10,5	MHA630-C	1
			Dust Filter Cartridge (D)	1,1	MHA65-D	1
			Sterile Filter Cartridge (DS)	1,1	MHA65-DS	1

	Maintenance Interval	Kit Order Number	Part Description	Capacity (m3/min)	Part Order Number	# of Parts
<b>Lot 5 Oxyfresh-600</b>	Every 4000 hour kit	0600-0930-065	5 Micron Filter Cartridge (P)	15,5	MHA930-P	1
			1 Micron Filter Cartridge (G)	15,5	MHA930-G	1
			0.01 Micron Filter Cartridge (H)	15,5	MHA930-H	1
			Carbon Filter Cartridge (C)	15,5	MHA930-C	1
			Dust Filter Cartridge (D)	1,1	MHA65-D	1
			Sterile Filter Cartridge (DS)	1,1	MHA65-DS	1

- **COMPRESOR**

**LOT 1 - SK 25 11bar SC2 400/3/50 EU**

**Kit A**

Denumire materiale	Cantitate
Set filtre compresor	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 1	1

**Kit B**

Denumire materiale	Cantitate
Set filtre compresor	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 1	1

**LOT 2 - ASK 40 / 11 bar**

**Kit A**

Denumire materiale	Cantitate
Set filtre compresor	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 1	1

**Kit B**

Denumire materiale	Cantitate
Set filtre compresor	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 1	1

**LOT 3 - BSD 75 / 12 bar**

**Kit A**

Denumire materiale	Cantitate
Plasa filtranta, tablou el.	2
Filtru de aer	1
Filtru de ulei	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 1	3

**Kit B**

Denumire materiale	Cantitate
Plasa filtranta, tablou el.	2
Filtru de aer	1
Filtru de ulei	1
Filtru separator	1
Ulei SIGMA FLUID MOL 10 l	3

**LOT 4 / LOT 5 – F-Drive 45**

**Kit A (Cod 212.16200)**

Denumire materiale	Cantitate
Air Oil Separator	1
Filtru de aer	1
Filtru de ulei	1
Ulei Almig Blue S + 10 l	4

**Kit B (Cod 212.16201)**

Denumire materiale	Cantitate
Air Oil Separator	1
Filtru de aer	1
Filtru de ulei	1
Ulei Almig Blue S + 10 l	4

Data: 20.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

ICS EYECON MEDICAL SRL

(semnătura autorizată)