

## Specificații de preț

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759324724631 din 18 octombrie 2025                                                                 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat) |

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor                                       | U/M    | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare                                                                                             | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                         | 3      |            | 5                      | 6                    |                  |                  | 9                                                                                                               | 10                           |
| 1       | Optotip LCD                                               | Bucată | 4          | 24000                  | 96000                | 96000,00         | 384000,00        | DDP - Franco destinație vămuit,<br>Incoterms 2020, până la 90 zile de la<br>înregistrarea contractului de CAPCS |                              |
| 2       | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge | Bucată | 7          | 29070,00               | 34884,00             | 203490,00        | 244188,00        |                                                                                                                 |                              |
| 3       | Impedansmetru                                             | Bucată | 1          | 136800,00              | 164160,00            | 136800,00        | 164160,00        |                                                                                                                 |                              |
| 4       | Spirometru cu conexiune la PC                             | Bucată | 1          | 18000,00               | 21600,00             | 18000,00         | 21600,00         |                                                                                                                 |                              |
|         |                                                           | Bucată | 5          | 4630,00                | 5556,00              | 23150,00         | 27780,00         |                                                                                                                 |                              |
|         |                                                           |        |            |                        |                      | <b>41150,00</b>  | <b>49380,00</b>  |                                                                                                                 |                              |
|         | <b>TOTAL</b>                                              |        |            |                        |                      | <b>477440,00</b> | <b>572928,00</b> |                                                                                                                 |                              |

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759324724631 din 18 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat)

|   | Denumire<br>a<br>bunurilor                                                     | Modelul<br>articolului | Țara<br>de<br>origine | Producător<br>ul                                                                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către<br>autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către<br>oferant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standa<br>rde de<br>referin<br>ță      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Optotip<br>LCD                                                                 | CM-1900C               | China                 | Shanghai<br>Top View<br>Industrial<br>Co.,Ltd<br>SHTOPVIE<br>W<br>LIMITED                     | Parametri tehnici Specificația Optotip pentru<br>examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni<br>LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de<br>citire Minimă $\leq 2$ metri Maximă $\leq 8$ metri<br>Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da<br>Teste presetate Standard internațional C, standard<br>vizual alfabet, standard vizual pentru copii,<br>standard vizual astigmatic, standard vizual<br>încrucișat, standard vizual echilibrat binocular,<br>standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului<br>16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare<br>220V | Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi<br>Dimensiuni LCD Min. 21 inch<br>Fără polarizare da<br>Distanța de citire minimă 2 metri<br>Maximă 7 metri<br>Luminozitate ecran reglabilă<br>Telecomandă da<br>Teste presetate Standard internațional C, standard<br>vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard<br>vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard<br>vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism,<br>etc<br>Raportul ecranului 16:9<br>Posibilitate fixare pe perete Da<br>Alimentare 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | În<br>proces<br>de<br>înregist<br>rare |
| 2 | Fotoliu<br>pentru<br>proceduri<br>de<br>prelevare<br>a<br>probelor<br>de sânge | DC-02                  | Turcia                | MEDİKAL<br>2000 TIBBİ<br>CİHAZLAR<br>VE İLERİ<br>TEKNOLOJİ<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | Parametri tehnici solicitați Destinat pentru<br>plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție<br>așezată în timpul procedurii de prelevare a<br>probelor de sânge Format din 3 secțiuni Secțiunea<br>de la spate și de la picioare reglabile Tapițerie –<br>piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare<br>Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a<br>mâinilor pacientului Cadru ușor demontabil pentru<br>a fi transportat                                                                                                                                      | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului<br>într-o poziție așezată în timpul procedurii de<br>prelevare a probelor de sânge<br>Format din 3 secțiuni<br>Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile<br>Tapițerie – piele artificială cu posibilitatea de<br>dezinfectare<br>Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a<br>mâinilor pacientului<br>Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat<br><br><b>Scaun pentru donatori de sânge DC-02 (2<br/>motoare)</b><br>• Piese metalice nanoceramice, din pulbere epoxidică<br>electrostatică<br>• Motoare tip liner cu protecție minimă IPX4 pentru<br>funcționare silențioasă<br>• Suporturi pentru brațe care funcționează paralel cu<br>podeaua<br>• Bază din plastic ABS<br>• Roți pivotante cu blocare în cruce la 360° (125 mm)<br>• Baterie pentru funcționare non-stop<br>• Tapițerie din trei piese cu umplutură din poliuretan | În<br>proces<br>de<br>înregist<br>rare |
| 3 | Impedan<br>smetru                                                              | Code<br>10543:         | Italia                | INVENTIS<br>S.R.L.                                                                            | Impedansmetru Test reflex ipsilateral și<br>contralateral • Teste funcționale ale trompei lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impedansmetru<br>Test reflex ipsilateral și contralateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DM000<br>756799                        |

|   |                               |                                        |        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|---|-------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |                               | Clarinet<br>model Plus                 |        |                                                | <p>Eustachio intacte/perforate • Frecvența sondei: min 3 frecvențe măsurate 226 Hz, 678 Hz și 1000 Hz • Presiune de aer : +400daPa până la -600daPa</p> <p>• Viteza presiunii pompei Maxim : 600daPa/s±50daPa/s Minim &gt;=50daPa/s • Intensitățile tonului sondei: 85 dB SPL ±3 dB sau 75 dB SPL ±3 dB sau 70 dB SPL ±3 dB. • Set de olive auriculare asortate Reflex acustic: - Ton pur IPSI: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate IPSI: 110 dB HL +/- 10dB - Ton CONTRA-pur: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB HL +/- 3dB - Măsurare: automată sau manuală - Display LCD tactil: minim 7 inci - Imprimantă: incorporată</p>                                                                                                    | <p>• Teste funcționale ale trompei lui Eustachio intacte/perforate</p> <p>• Frecvența sondei: min 3 frecvențe măsurate 226 Hz, 678 Hz și 1000 Hz</p> <p>• Presiune de aer : +400 da Pa până la -600daPa</p> <p>• Viteza presiunii pompei Maxim : 600daPa/s±50daPa/s Minim &gt;=50daPa/s</p> <p>• Intensitățile tonului sondei: 85 dB SPL ±3 dB sau 75 dB SPL ±3 dB sau 70 dB SPL ±3 dB. • Set de olive auriculare asortate Reflex acustic: - Ton pur IPSI: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate IPSI: 110 dB HL +/- 10dB - Ton CONTRA-pur: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB HL +/- 3dB - Măsurare: automată sau manuală - Display LCD tactil: minim 7 inci - Imprimantă: incorporată</p> |                 |
| 4 | Spirometru cu conexiune la PC | Spirobank II                           | Italia | MIR S.R.L.<br>- MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH | <p>Spirometru cu conexiune la PC Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 până la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Până la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu Parametrii mășurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți</p> | <p>Spirobank II pentru diagnosticul de bază Spirometru cu conexiune la PC Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției <b>Da</b> Gama de volum De la 0,025 până la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Până la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate <b>Da</b> Parametrii mășurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport <b>Da</b> Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat inclus pentru procesarea datelor măsurate MIR Spiro software</p>   | DM000<br>323218 |
|   |                               | FlowMIR®<br>Reusable turbine<br>910002 | Italia | MIR S.R.L.<br>- MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH | Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia