

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1733842574189 din 20 dec 2024, 9:00 - 31 dec 2024, 9:00

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
33100000-1	3	Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operații neurochirurgicale	Excell 350 MCDS e	Italia	Alsa	<p>Aplicații: neurochirurgie                      Frecvența de lucru: minim 300kHz                      Ieșiri: Monopolar minim 2 bipolar minim                      Mod monopolar: Taiere ≥ 300 W                      Coagulare ≥ 120 W                      Mod bipolar: Taiere ≥ 100 W                      Coagulare ≥ 100 W                      Interfața: butoane sau Tuchsreen                      Autotestarea la pornire                      Posibilitatea de detectare a accesoriilor                      Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)                      Accesorii:                      Pedală de picior, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc.</p> <p>Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic -4 buc                      Cablu electrod neutru -2 buc                      Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare                      Cablu bipolar Lungime de cel puțin 3</p>	<p>Aplicații: neurochirurgie                      Frecvența de lucru: 440kHz                      Ieșiri: Monopolar 2 bipolar 1                      Mod monopolar: Taiere ≥ 350 W                      Coagulare ≥ 150 W                      Mod bipolar: Taiere ≥ 140 W                      Coagulare ≥ 120 W                      Interfața: butoane și display                      Autotestarea la pornire                      Posibilitatea de detectare a accesoriilor                      Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)                      Accesorii:                      Pedală de picior, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc. DS/E                      Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic -4 buc NP/GA                      Cablu electrod neutru -2 buc INCLUS IN NP/GA                      Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare MPE/F                      Cablu bipolar Lungime de cel puțin 3 CPB/E</p>	DM000051752
33100000-1	4	Aspirator chirurgical	New Hospivac 350 (RE 410356/41)	Italia	Ca-Mi	<p>Carcasa din material rezistent la socuri mecanice                      Buton pentru reglajul vacuumului                      Indicator de vacuum                      Vase de colectare autoclavabile minim 3 litri cu supape de siguranță                      Presiune maxima de aspirație : 0.67-1 bar                      Debit maxim de aspirație : minim 60 l/min                      Mobil pe 4 roti antistatice                      Alimentare : 230V, 50Hz, 230 VA                      Accesorii standard:                      2 vase colectoare cu capace                      Tuburi silicon                      Filtru antibacterian</p>	<p>Carcasa din material rezistent la socuri mecanice                      Buton pentru reglajul vacuumului                      Indicator de vacuum                      Vase de colectare autoclavabile 5 litri cu supape de siguranță                      Presiune maxima de aspirație : 0.9 bar                      Debit maxim de aspirație : 60 l/min                      Mobil pe 4 roti antistatice                      Alimentare : 230V, 50Hz, 230 VA                      Accesorii standard:                      2 vase colectoare cu capace                      Tuburi silicon                      Filtru antibacterian</p>	DM000792598

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**