

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1550825150087

Denumirea procedurii de a Achiziționarea consumabilelor pentru Cabinetul Chirurgie Endourologică conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2019 REPETAT

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1						
		Set rezectoscop (endourologie)						
	1.1	Optica 30°	27005BA/495GO	Germania	Karl Storz	Telescop 30grade, HD, cu posibilitate NBI, 4 mm, autoclavabil, Compatibil cu videoprocesorul OTV-S190, sursa de lumina CLV-S190 existent in institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Telescop 30grade, HD, cu posibilitate NBI, 4 mm, autoclavabil, Compatibil cu videoprocesorul OTV-S190, sursa de lumina CLV-S190 existent in institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	



1.2	Teaca externa rezectoscopului	27050SLK	Germania	Karl Storz	Teaca externa rezectoscopului 26 Fr., 2 robineți, rotativă, se folosește atât în rezecție monopolară cât și în mediul salin compatibilă cu teaca internă A22040A existentă în instituție, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în instituție. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Teaca externa rezectoscopului 26 Fr., 2 robineți, rotativă, se folosește atât în rezecție monopolară cât și în mediul salin compatibilă cu teaca internă A22040A existentă în instituție, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în instituție. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.
1.3	Cablu pentru rezecție monopolară	277	Germania	Karl Storz	Cablu pentru rezecție monopolară, 3.5m. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în instituție, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în instituție. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Cablu pentru rezecție monopolară, 3 m. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în instituție, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în instituție. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.



1.4	Cablu pentru rezecție în mediul salin, bipolar.	UH801	Germania	Karl Storz	Cablu pentru rezecție în mediul salin, bipolar. Compatibil cu element de lucru WA22367A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Cablu pentru rezecție în mediul salin, bipolar. Compatibil cu element de lucru WA22367A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	
1.5	Electrod monopolar roller 26 F	27050KG/ 27050RG/ 27050RK - unul la alegere	Germania	Karl Storz	HF, Electrod monopolar de rezecție roller, 30grade pentru teaca 26 F, autoclavabil, reutilizabil. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	HF, Electrod monopolar de rezecție roller, 30grade pentru teaca 26 F, autoclavabil, reutilizabil. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	



	1.6	Electrod monopolar roller 27 F	27050F/ 27050WG - unul la alegere	Germania	Karl Storz	HF, Electrode monopolar de rezecție roller, 30grade pentru teaca 27 F, autoclavabil, reutilizabil. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	HF, Electrode monopolar de rezecție roller, 30grade pentru teaca 27 F, autoclavabil, reutilizabil. Compatibil cu element de lucru WA22067A existent în institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	
--	-----	--------------------------------	--	----------	------------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Oleseu În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316

