

Specificații tehnice (F4.2)Numărul procedurii de achiziție **_MD-1645435556732_din_01.03.2022**Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament pentru laboratoare de fizică și chimie**

conform necesităților Institutiei Publice Liceului Teoretic „Mihai Eminescu ” mun. Bălți

	Denumirea bunurilor	Denum. Model.	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Balanță cu talere și greutăți 38300000-8	FZBL01-2	R.P.C.	furnizori: Huahai Science and Education Co Ltd./ Yiwu Youshang Imp&Exp Co. Ltd	Balanta cu doua brate egale si talere plasate in partea inferioara - sensibilitate: 20 mg - cu set de mase marcate 200g -sensibilitate: 1 g - cu set de mase marcate 2000 g	Balanta cu doua brate egale si talere plasate in partea inferioara - sensibilitate: 20 mg - cu set de mase marcate 200 g -sensibilitate: 1 g - cu set de mase marcate 2000 g	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.2	Balanță digitală 38300000-8	FZBL04-2			Interval de cântărire: de la 100 g la 6000 g. Precizie de citire: 0.001 g la 1 g	Interval de cântărire: de la 100 g la 6000 g. Precizie de citire: 0,1 g	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.3	Bare magnetice (cate 2 in set) 38300000-8	FZMAG04-1			150x13x10mm 350 Gauss	150x13x10mm 350 Gauss	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.4	Voltmetru scolar 0-10 V 38300000-8	FZAM04			Domeniul de masurare 0-10Vcc	Domeniul de masurare 0-10Vcc	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.5	Ampermetru scolar 0-30A 38300000-8	FZAM01-02			Domeniul de masurare 0-30Acc	Domeniul de masurare 0-30Acc	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.6	Multimetru digital 38300000-8	FZAM05			DC ~ 200 mV / 2V / 20V / 200V / 1000V - AC — 20V / 200V / 750V - DC ~ 2 mA / 20mA / 200mA / 20A - AC ~ 20mA / 200mA / 20A - Capacitate 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 uF / 20 up / 200 uF - Rezistenta ~ 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm	DC ~ 200 mV / 2V / 20V / 200V / 1000V - AC — 20V / 200V / 750V - DC ~ 2 mA / 20mA / 200mA / 20A - AC ~ 20mA / 200mA / 20A - Capacitate 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 uF / 20 up / 200 uF - Rezistenta ~ 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

1.7	Trusa demonstrativa electrostatica 38300000-8	U10170	România	Eurodidactica	<ul style="list-style-type: none"> • Electrizarea corpurilor. • Forța de interacțiune dintre două corpuri încărcate cu sarcini electrice • Electroscopul • Polarizare/Influență • Electrizarea prin influență a electroscopului • Distribuția sarcinilor electrice libere. Cusca lui Faraday • Pahar Faraday • Condensator 	<ul style="list-style-type: none"> • Electrizarea corpurilor. • Forța de interacțiune dintre două corpuri încărcate cu sarcini electrice • Electroscopul • Polarizare/Influență • Electrizarea prin influență a electroscopului • Distribuția sarcinilor electrice libere. Cusca lui Faraday • Pahar Faraday • Condensator 	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.8	Trusa electrostatica 38300000-8	FZTE02			Trusa conține diferite materiale, baghete, electroscop, suport și alte piese pentru demonstrarea electrostaticii. Experimente propuse: Studiul fenomenului de electrizare prin frecare, prin influență, prin contact și interacțiunea corpurilor electrizate.	Trusa conține diferite materiale, baghete, electroscop, suport și alte piese pentru demonstrarea electrostaticii. Experimente propuse: Studiul fenomenului de electrizare prin frecare, prin influență, prin contact și interacțiunea corpurilor electrizate.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.9	Baghete de ebonita 38300000-8	FZELST04			Set: baghetă ebonită și o bucată de blaniță pentru experimentele legate de electrizarea prin frecare.	Set: baghetă ebonită și o bucată de blaniță pentru experimentele legate de electrizarea prin frecare.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.10	Baghete plexiglas 38300000-8	FZELST03			Baghete din Plexiglas utilizate pentru experimente de electrizare prin frecare. Setul contine: - 2 buc. baghete Plexiglas incolor, material polimetil-metakrilatPMMA - 1 buc. material textil - 1 buc. suport din plastic - lungime baghete 300mm . diametru 14mm	Baghete din Plexiglas utilizate pentru experimente de electrizare prin frecare. Setul contine: - 2 buc. baghete Plexiglas incolor, material polimetil-metakrilatPMMA - 1 buc. material textil - 1 buc. suport din plastic - lungime baghete 300mm . diametru 14mm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.11	Electroscop demonstrativ 38300000-8	FZELST01-02			Dispozitiv pentru măsurarea diferenței potențiale dintre încărcătura plăcii electroscopului și pământ. În experimentele de electrostatică, prezintă sensibilitate mărită, oferind precizie maximă. - diametru 15cm 2 bucati in set	Dispozitiv pentru măsurarea diferenței potențiale dintre încărcătura plăcii electroscopului și pământ. În experimentele de electrostatică, prezintă sensibilitate mărită, oferind precizie maximă. - diametru 15cm 2 bucati in set	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

1.12	Set mecanică, dinamică și acustică pentru gimnaziu și liceu 38300000-8	FT006-2	R.P.C.	furnizori: Huahai Science and Education Co Ltd./ Yiwu Youshang Imp&Exp Co. Ltd	Componentă set: 1 buc. suport multifuncțional, demontabil /talpă din fontă cu o tija cu filet. - 5 buc. cleme fixare cu șurub. - 1 set de resoarte (5 bucăți diferite). - 1 braț balanță/pârghie. - 1 buc. plan înclinat, reglabil, cu rolă de întindere și platan - 1 set cuburi de volum egal, materiale diferite ptr. studiul densității. - 2 buc. paralelipiped din lemn, marimi diferite, cu cârlig pentru tracțiune. - 1 buc. vas de laborator, 100 ml, plastic. - 3 buc. scripeți (mobil, triplu, bloc de 2 scripeți). - 3 buc. dinamometre: 1 N, 2,5 N, 5 N. - 1 set de mase marcate crestate (10 buc. de 20 g), cu suport. - 1 buc. balanță școlară (200 g, 0,2 g precizie) cu set de mase marcate. - 1 buc. cărucior, plastic, încărcabil, cu cârlig de tracțiune. - 4 buc. cilindri de volume și materiale diferite, cu cârlig. - 1 buc. ruletă. - 2 buc. diapazon, cu ciocănel, pe cutie de rezonanță. - 1 buc. cronometru. - 1 buc. placa plastic cu carioaj 20x30cm pentru studiul legii lui Hooke. - 1 buc. paralelipiped din otel, pentru studiul frecarilor	Componentă set: 1 buc. suport multifuncțional, demontabil /talpă din fontă cu o tija cu filet. - 5 buc. cleme fixare cu șurub. - 1 set de resoarte (5 bucăți diferite). - 1 braț balanță/pârghie. - 1 buc. plan înclinat, reglabil, cu rolă de întindere și platan - 1 set cuburi de volum egal, materiale diferite ptr. studiul densității. - 2 buc. paralelipiped din lemn, marimi diferite, cu cârlig pentru tracțiune. - 1 buc. vas de laborator, 100 ml, plastic. - 3 buc. scripeți (mobil, triplu, bloc de 2 scripeți). - 3 buc. dinamometre: 1 N, 2,5 N, 5 N. - 1 set de mase marcate crestate (10 buc. de 20 g), cu suport. - 1 buc. balanță școlară (200 g, 0,2 g precizie) cu set de mase marcate. - 1 buc. cărucior, plastic, încărcabil, cu cârlig de tracțiune. - 4 buc. cilindri de volume și materiale diferite, cu cârlig. - 1 buc. ruletă. - 2 buc. diapazon, cu ciocănel, pe cutie de rezonanță. - 1 buc. cronometru. - 1 buc. placa plastic cu carioaj 20x30cm pentru studiul legii lui Hooke. - 1 buc. paralelipiped din otel, pentru studiul frecarilor	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.13	Efectul magnetic al conductorului 38300000-8	FZELE29 - 71009			Dispozitiv experimental pentru determinarea forței cu care un câmp magnetic acționează asupra unui conductor parcurs de curent electric.	Dispozitiv experimental pentru determinarea forței cu care un câmp magnetic acționează asupra unui conductor parcurs de curent electric.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.14	Trusă optica geometrică cu prindere magnetică 38300000-8	FT008-1			Trusa conține echipamente și dispozitive necesare pentru realizarea experimentelor în vederea demonstrării legilor opticii geometrice. Componentele optice sunt fixate în plan vertical pe tabla magnetică. Componentele trusei: - 3 buc. sursă laser. - 2 buc. lentile convexe. - 2 buc. lentile concave. - 1 buc. oglindă plană. - prisma total de reflectie. - sursa de tensiune AC110 ~ 240V 50/60Hz	Trusa conține echipamente și dispozitive necesare pentru realizarea experimentelor în vederea demonstrării legilor opticii geometrice. Componentele optice sunt fixate în plan vertical pe tabla magnetică. Componentele trusei: - 3 buc. sursă laser. - 2 buc. lentile convexe. - 2 buc. lentile concave. - 1 buc. oglindă plană. - prisma total de reflectie. - sursa de tensiune AC110 ~ 240V 50/60Hz	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.15	Placi cu dulie si bec 38300000-8	FZELE06			Placi cu dulie si bec 3,5V- 5V pentru efectuarea lucrarilor practice si de laborator	Placi cu dulie si bec 3,5V- 5V pentru efectuarea lucrarilor practice si de laborator	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.16	Termometre de laborator 38300000-8	FZAM09			Pentru masurarea temperaturii diverselor compozitii și a substantelor lichide in general. Corpul este din sticla termorezistenta, este pe baza de alcool.	Pentru masurarea temperaturii diverselor compozitii și a substantelor lichide in general. Corpul este din sticla termorezistenta, este pe baza de alcool.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

1.17	Sursa lumina laser, set 3 buc	FZELE55-1			fixare magnetica - alimentare baterii 2 buc. AA / sursa	fixare magnetica - alimentare baterii 2 buc. AA / sursa	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.18	Transformator electric 38300000-8	FZELE14-141			Se compune din: transformator electric cu bobine detasabile cu numar variabil de spire (300, 600. 1200). pe un miez de tier comun in forma de U, cu element de inchidere. Numar spire: 300 600 1200 Rezistenta: 1 Ohm 2.5 Ohm 13 Ohm Max.: ' 4A 2 A 1A Inductivitate: 3,8 mH 15 mH 61 mH	Se compune din: transformator electric cu bobine detasabile cu numar variabil de spire (300, 600. 1200). pe un miez de tier comun in forma de U, cu element de inchidere. Numar spire: 300 600 1200 Rezistenta: 1 Ohm 2.5 Ohm 13 Ohm Max.: ' 4A 2 A 1A Inductivitate: 3,8 mH 15 mH 61 mH	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.19	Dilatarea termica complet 38300000-8	FZCAL05-S, FZMEC27			Serveste la studiul dilatarii lichidelor și la determinarea coeficientului de dilatare. Setul este compus din: suport cu scala gradata prevazut cu 3 locasuri pentru vase și termometru, dopuri de cauciuc cu tub transparent pentru vizualizarea dilatarii, spirtiera, termometru, vas pentru incalzire, tripod si cite	Serveste la studiul dilatarii lichidelor și la determinarea coeficientului de dilatare. Setul este compus din: suport cu scala gradata prevazut cu 3 locasuri pentru vase și termometru, dopuri de cauciuc cu tub transparent pentru vizualizarea dilatarii, spirtiera, termometru, vas pentru incalzire, tripod si cite	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.20	Set ace magnetice 38300000-8	FZMAG01-2			10 bucați / set - diametru 40mm	10 bucați / set - diametru 40mm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.21	Aparat pentru magnetizat 38300000-8	70602	România	DIDACT FORUM/ Eurodidactica	Utilizare propusa: magnetizarea sau remagnetizarea acelor magnetice. daca acestea și au pierdut in timp calitajile magnetice.	Utilizare propusa: magnetizarea sau remagnetizarea acelor magnetice. daca acestea și au pierdut in timp calitajile magnetice.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.22	Inelele lui Newton 38300000-8	RP-71222-DF	România	ROVIME D/ Eurodidactica	diametral 6,5cm - grosime 1cm	diametral 6,5cm - grosime 1cm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.23	Rețele de difracție 38300000-8	FZOPT03	R.P.C		100/300/600 str./mm - cate 3 in rama pentru diapozitive	100/300/600 str./mm - cate 3 in rama pentru diapozitive	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.24	Psihrometru 38300000-8	VIT - 1	R. Moldova	Tehoptim ed	Instrument cu care se masoara umiditatea aerului, bazat pe efectul de racire al evaporarii. - 20....+50°C.	Instrument cu care se masoara umiditatea aerului, bazat pe efectul de racire al evaporarii. - 20....+50°C.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

1.25	Legarea in serie si in paralel, 3 becuri pe stativ 38300000-8	71105	România	DIDACT FORUM/ Eurodidactica	Intr-un circuit serie, toate componentele sunt conectate unul in continuarea celuilalt, formand o singura cale pentru curgerea electronilor. - Intr-un circuit paralel, toate componentele sunt conectate la același capăt, formand exact un set de doua puncte electric comune. - O „ramura ” intr-un circuit paralel este o cale pentru curgerea curentului formata din cel puțin o sarcina (rezistența) din circuit	Intr-un circuit serie, toate componentele sunt conectate unul in continuarea celuilalt, formand o singura cale pentru curgerea electronilor. - Intr-un circuit paralel, toate componentele sunt conectate la același capăt, formand exact un set de doua puncte electric comune. - O „ramura ” intr-un circuit paralel este o cale pentru curgerea curentului formata din cel puțin o sarcina (rezistența) din circuit	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.26	Pereche de conductoare 38300000-8	FZELE08	R.P.C	furnizori: Huahai Science and Education Co Ltd./ Yiwu Youshang Imp&Exp Co. Ltd	conductori de măsură cu cleme crocodil - lungime 40cm	conductori de măsură cu cleme crocodil - lungime 40cm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.27	Dispozitiv pentru câmpul magnetic al conductorului linear 38300000-8	FZELE27-29, FZMAG05, 71009			Experimente referitoare la efectul curentului electric asupra acului magnetic, descoperirea acțiunii magnetice a curentului electric și, prin aceasta, la descoperirea electromagnetismului. Tensiunea de alimentare: 4-6Vcc.	Experimente referitoare la efectul curentului electric asupra acului magnetic, descoperirea acțiunii magnetice a curentului electric și, prin aceasta, la descoperirea electromagnetismului. Tensiunea de alimentare: 4-6Vcc.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.28	Modul Mecanica Fluidelor pentru Gimnaziu 38300000-8	FT025			Componența: - 1 buc. suport, talpă A + bară filetată 60 cm - 2 buc. cleme fixare cu șurub - 1 buc. cilindru Arhimede - 1 buc. dinamometru 1 N - 1 buc. vas laborator, 200 ml - 1 buc. vas laborator, 500 ml - 1 buc. manometru U, din sticlă - 1 buc. model presă hidraulică (fără greutate)	Componența: - 1 buc. suport, talpă A + bară filetată 60 cm - 2 buc. cleme fixare cu șurub - 1 buc. cilindru Arhimede - 1 buc. dinamometru 1 N - 1 buc. vas laborator, 200 ml - 1 buc. vas laborator, 500 ml - 1 buc. manometru U, din sticlă - 1 buc. model presă hidraulică (fără greutate)	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.29	Barometru 38300000-8	FZMEC16-2			Caracteristici: Instrument de măsură destinat utilizării în spații interioare. Carcasă cu inel de alamă. Posibilitate de a fi montat pe perete. Gama de masurare: 940 ... 1060 hPa	Caracteristici: Instrument de măsură destinat utilizării în spații interioare. Carcasă cu inel de alamă. Posibilitate de a fi montat pe perete. Gama de masurare: 940 ... 1060 hPa	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

1.30	Roata Segner 38300000-8	70505	România	DIDACT FORUM/ Eurodida ctica	Material: sticla - suspendabila pe fir	Material: sticla - suspendabila pe fir	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.31	Tubul Ini Pascal 38300000-8	FZMEC20	R.P.C	furnizori: Huahai Science and Educatio n Co Ltd./ Yiwu Youshang Imp&Exp Co. Ltd	Pentru demonstrarea legii lui Pascal - diametru 8 cm - capacitate 250ml	Pentru demonstrarea legii lui Pascal - diametru 8 cm - capacitate 250ml	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.32	Set de resorturi din otel 38300000-8	FZDN04		Set de resorturi 5 buc. de diferite lungimi, dar aceeași diametru și K. pentru legea lui Hooke și oscilații. Set de arcuri elicoidale (5 buc). Setul include 5 arcuri elicoidale cu capacitatea de: 0,5N; 1N; 2N; 3N și 5N, folosite la măsurarea forței, a masei și a deformărilor elastice.	Set de resorturi 5 buc. de diferite lungimi, dar aceeași diametru și K. pentru legea lui Hooke și oscilații. Set de arcuri elicoidale (5 buc). Setul include 5 arcuri elicoidale cu capacitatea de: 0,5N; 1N; 2N; 3N și 5N, folosite la măsurarea forței, a masei și a deformărilor elastice.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193	
1.33	Carucioare cu mcarcare 38300000-8	FZMEC62- E	România	Eurodida ctica	2 carucioare. Este utilizat pentru studiul mișcării uniforme, a mișcării uniform accelerate.	2 carucioare. Este utilizat pentru studiul mișcării uniforme, a mișcării uniform accelerate.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.34	Intrerupator simplu cu placa de baza si borne 38300000-8	FZELE04	R.P.C	furnizori: Huahai Science and Educatio n Co Ltd./ Yiwu Youshang	70x37x33 mm	70x37x33 mm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
1.35	Sursa de alimentare stabilizata AC-DC 38300000-8	FZELE01		Intrare: 230V AC. 50Hz. Iesire: 2-12V AC Curent: 5 A	Intrare: 230V AC. 50Hz. Iesire: 2-12V AC Curent: 5 A	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193	

Lotul 2. Dotare laborator de chimie cu instrumentariu de laborator

	1	2	3	4	5	6	7
2.1	SET GREUTĂȚI, max. 500 G, cl. IV 38300000-8	FZGR01-1		furnizori: Huahai	Seturi de greutate de la 1 g - 500g	Seturi de greutate de la 1 g - 500g	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

2.2	CT25503 Lampa de spirt, cu fitil si suport din aluminiu, vol 150 38300000-8	CHMS081	R.P.C	Science and Education Co Ltd./ Yiwu	Lampa de spirt, cu capac. folosita ca sursa de caldura sau la sterilizare.	Lampa de spirt, cu capac. folosita ca sursa de caldura sau la sterilizare.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.3	Resou electric, incalzitor plat 38300000-8	FZELE17-1000		Youshang Imp&Exp Co. Ltd	Instala ie electrica pentru incalzirea vaselor cu lichid. Tensiune de alimentare 220 V. puterea consumata 1000 W. Elementul de incalzire a reşoului este inchis	Instala ie electrica pentru incalzirea vaselor cu lichid. Tensiune de alimentare 220 V. puterea consumata 1000 W. Elementul de incalzire a reşoului este inchis	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.4	Dulap de uscare cu convector F25T, Biobase 38300000-8	ГП-20-40	Rusia	Tehoptim ed	Echipament electric de laborator utilizat pentru procesul de uscare a diferitelor produse si materiale.	Echipament electric de laborator utilizat pentru procesul de uscare a diferitelor produse si materiale. Similar Biobase	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.5	100112 - Termometru TS7-M1 var.4 (0+100) -1/185 mm 38300000-8	TC-7-M1	Ucraina	Spectrol ab	Utilizeaza metil carbitolul ca lichid termometric. Lungimea produsului este de 185 mm. Diviziunea scarii este de 1 grad Celsius. Termometrul este proiectat sa functioneze cu mediul in intervalul de temperature 0...+100 grade Celsius.	Utilizeaza metil carbitolul ca lichid termometric. Lungimea produsului este de 185 mm. Diviziunea scarii este de 1 grad Celsius. Termometrul este proiectat sa functioneze cu mediul in intervalul de temperature 0...+100 grade Celsius.	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.6	Eprubeta, biologica, tip 1A2,14x120 nun, cu margine, negradata, sticla	CHMS063			Eprubete cu dimensiunea 14X120 mm cu margine negradata din sticla	Eprubete cu dimensiunea 14X120 mm cu margine negradata din sticla	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.7	MM12005001 - Stativ pentru eprubete, 10 locuri, 18 mm, PP/PS 38300000-8	CHU0041-1			furnizori: Huahai Science	Stativ eprubete cu 10 locuri diametru 18mm	Stativ eprubete cu 10 locuri diametru 18mm

2.8	Pahar Berzelius, 2-100 ml, forma inalta, cu gradatii. TS, 632 427 252 100 38300000-8	CHMS002	R.P.C	and Educatio n Co Ltd./ Yiwu Youshang Imp&Exp Co. Ltd	Gradat, cu cioc. Material sticla borosilicata. Capacitate : 100 ml Diametru : 48 mm Inaltime : 82 mm	Gradat, cu cioc. Material sticla borosilicata. Capacitate : 100 ml Diametru : 48 mm Inaltime : 82 mm	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.9	Balanta, model EMB 500-1BE; 0,1-500g, KERN 38300000-8	FZBL04-2			Pentru utilizarea in scoli si universitati, domeniul maxim de cantarire este de 500 g	Pentru utilizarea in scoli si universitati, domeniul maxim de cantarire este de 500 g	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193
2.10	Balanta, model EMB 500-1g; 0,1 g - 500g, KERN 38300000-8	FZBL04-3			Operare simpla si intuitiva cu doua butoane Functie TARA Design plat Calibrare externa Suprafata platan : 150 mm Capacitate cantarire : max . 500 grame. Reproductibilitate : 0,01 grame Display LCD cu inaltime cifrelor : 9 mm. Baterie : 9 V BLock, inclusa. Conditii ambientale : 5 - 35°C	Operare simpla si intuitiva cu doua butoane Functie TARA Design plat Calibrare externa Suprafata platan : 150 mm Capacitate cantarire : max . 500 grame. Reproductibilitate : 0,01 grame Display LCD cu inaltime cifrelor : 9 mm. Baterie : 9 V BLock, inclusa. Conditii ambientale : 5 - 35°C	Standarde de dotare minimă. MECC RM. Nr. 193

Semnat: _____
Igor Ojog, director Cartdidact
șos. Hîncești, 138/1, mun Chișinău