



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ  
MD - 2004, mun.Chișinău, str.T.Ciorbă, nr. 1  
Tel: (022) 25 07 04

Nr. 01-8/ 642 din 18 martie 2025

Ref: ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1740129410605/21369518 din 28.02.2025

**În atenția operatorilor economici**

Prin prezenta, în baza deciziei de atribuire nr. 1 din 18.03.2025, grupul de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul de Medicină Urgentă vă comunică despre desemnarea ofertelor câștigătoare depuse în cadrul ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1740129410605/21369518 din 28.02.2025 privind achiziționarea de «**Teste indicatoare – 2025**», conform Anexei 1 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

**Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
<b>Triumf Motiv SRL</b>	<p><b>-Lotul nr. 1. Test indicator 134 0C universale (5-min)</b> - oferta se respinge în conformitate cu art 69 alin (6) lit b) al al Legii privind achizițiile publice Nr.131 din 03.07.2015, având în vedere că oferta nu corespunde cerințelor documentației de atribuire și anume: în urma testării mostrei prezentate, testul revine în scurt timp la culoarea inițială, ceea ce nu corespunde cerinței înaintate. Testele utilizate se păstrează în registrul de evidență a controlului lucrului sterilizatoarelor cu aer, cu aburi(autoclav) zeci de ani. Astfel, nu poate demonstrată veridicitatea sterilizării instrumentelor medicale.</p> <p><b>- Lotul nr. 2 Test indicator 121°C - (20 min. universal)</b> oferta se respinge în conformitate cu art 69 alin (6) lit b) al al Legii privind achizițiile publice Nr.131 din 03.07.2015, având în vedere că oferta nu corespunde cerințelor documentației de atribuire și anume: în urma testării mostrei prezentate, testul revine în scurt timp la culoarea inițială, ceea ce nu corespunde cerinței înaintate. Testele utilizate se păstrează în registrul de evidență a controlului lucrului sterilizatoarelor cu aer, cu aburi(autoclav) zeci de ani. Astfel, nu poate demonstrată veridicitatea sterilizării instrumentelor medicale.</p> <p>De asemenea, menționăm că mostrele prezentate <b>suplimentar</b> pentru Test indicator 134°C universale (5 min) și Test indicator 121°C (20 min universal) nu corespund modelului producătorului indicat în specificațiile tehnice. În documentația de licitație a fost menționat modelul articolului Ipack-Bio, iar mostrele prezentate sunt de modelul Эталон 4ПК.</p>

<b>GBG-MLD SRL</b>	- <b>Lotul nr. 5 Test Biotest</b> – oferta se respinge în conformitate cu art 69 alin (6) lit b) al al Legii privind achizițiile publice Nr.131 din 03.07.2015, avînd în vedere că oferta nu corespunde documentației de atribuire și anume: - S-a oferit test PLASMA-1 universale, ce reprezintă un test de hîrti,e în loc de tub de plastic, cu spori uscați ai microorganismului de test. În interiorul tubului din plastic se află o fiolă de sticlă care conține un mediu indicator steril. Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii
<b>SA M-Inter-Farma</b>	Test indicator 180°C -(60 min. universal) în complet cu registru - oferta se respinge în temeiul art.71, alin. (1) lit.d al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, deoarece valoarea propusă depășește cu 30% valoarea estimativă a achiziției.
<b>SA M-Inter-Farma, GBG-MLD SRL, Triumf Motiv SRL</b>	în conformitate cu prevederile art.69 alin.(2) al Legii nr.131/15 privind achizițiile publice a fost desemnată câștigătoare oferta la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

Reieșind din acest fapt, solicităm încheierea contractului de achiziție, cu Instituția noastră.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începînd cu data de 11. 03.2025, numărul maxim de zile pentru semnare este de 5 zile după expirarea termenului de așteptare.

**Director**



**Diana Manea**

Ex: Moisenco Cristina  
Tel/fax.022 25-08-09

**Informația privind atribuirea contractelor de achiziție publică privind  
«Teste indicatoare – 2025»**

<b>Denumirea lotului</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Cantit și unitate de măsură</b>	<b>Prețul unitar (fără TVA)</b>	<b>Prețul total (fără TVA)</b>	<b>Prețul total (inclusiv TVA)</b>
1. Test indicator 134°C - (5 min. universal) în complet cu registru	SA M-Inter-Farma	400000/buc	0,32	129 600,00	140 000,00
2. Test indicator 121°C - (20 min. universal) în complet cu registru	GBG-MLD SRL	10000/buc	0,2730	2730,00	3276,00
3. Test indicator 180°C - (60 min. universal) în complet cu registru	Triumf-Motiv SRL	3000/buc	0,10	300,00	360,00
4. Test Bowie - Dik	Electeh SRL	200/buc	29,00	5800,00	6960,00
5. Test Biotest	Triumf-Motiv SRL	600/buc	35,80	21480,00	25776,00
6. Test indicator 55°C ( interne)	Electeh SRL	46000/buc	0,88	40480,00	48576,00

**Director**



**Diana Manea**