

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21054494 din 19.04.2022

Obiectul de achiziție: Materiale de sutură pentru anul 2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Polyglactin (PGA) 5/0 sutură absorbabilă OFTALMOLOGIA	MI 1710	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie - copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	CHIRLAC violet 2 x VLZ 8 / 350 µm EP 1 USP 5/0 Lungime 1*45cm	CE
Total lot 6						
Lotul 30						
Poliglicolic acid	PG 1402	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 0 L-75cm, 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 48 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 30						
Lotul 33						
Poliglicolic acid	PG 0273	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2/0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm	
Total lot 33						

Lotul 34						
Poliglicolic acid	PG 1400	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 48 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 34						
Lotul 39						
Poliglicolic acid	PG 0249	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 17 EP 7 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 39						
Lotul 40						
Poliglicolic acid rapid	PR 0376	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3,5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 40						
Lotul 41						
Poliglicolic acid rapid	PR 0168	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 0 L-90cm, 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 3,5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 41						

Lotul 49						
Polipropilen	PP 5351	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund 2 x HR 26 EP 1,5 USP 4/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
Polipropilen	PP 5244	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund 2 x HR 17 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 50						
Lotul 52						
Polipropilen	PP 5145	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 17 EP 0.7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 52						
Lotul 55						
Polydioxanone (PDS)	DX 0249	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 17 EP 0.7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 55						

Lotul 56						
Polyglactin 910	LR 0380	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRX: ½ cerc, ac cu corp rotund - foarte puternic HRX 35 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 56						
Lotul 57						
Polyglactin 910	LR 0262	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 22 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 57						
Lotul 60						
Nylon 9,0	MI 1226	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	SILON black 2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP 0.3 USP 9/0 Lungime 1*30cm	CE
Total lot 60						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23