

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752491058432 din 14.08.2025
Obiectul achiziției: Ustensile și consumabile pentru inspectorii veterinari

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 22 Ac intradermic pentru tuberculinizare	Veterinary Needle, Metal Reusable 22 G x 1/8" 0,70 x 4 mm	China	Eastern Medtech	Confrom caietului de sarcini	Ac intradermic pentru tuberculinizarea animalelor 0,70 x 4 mm, 22 G x 1/8", 04/07. <i>Compatibile cu Seringile automate pentru tuberculinizare Henke-Ject TBC</i> <i>Nota: Acele oferate sunt similare HSW-ECO needles</i>	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau