

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	<i>Anexa nr. 1 al Formularul specificații tehnice</i> Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	5	6
Lotul 1		
Masă de operație electrohidraulică, mobilă cu 5 secții,cu accesorii generale și ortopedice .	Tip - electro-hidraulică ,Grosimea >60mm,Saltea IS-grosimea >60mm. Construcția : robustă Grad de libertate pe toată suprafața-maxim 1-2 grade. Material oțel inoxidabil turnat fara sudură vizibilă Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70-100 cm Trendelenburg ≥35 grade Inversarea tredelemburgului ≥35 grade Inclinarea: laterală ≥20 grade Secția de la talpă /picior –detașabilă,divizată Secția cap de la +40 la -45 grade(minim). Greutatea pacientului ≥250 kg Utilizarea radiografiei sau fluroscopiei- tunel pentru casete X –ray,radiotransparență,accesibilitatea brațului C. Dimensiunea Lungimea - minim -210mm Lățimea- minim 500 mm Atașarea de bază-mobilă Cu frâne, cu roțile,cu telecomandă,cu pupitru de comandă, cu șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei. Prezent Roti-4 unități	Vivax OT-02, Infimed, Polonia da da da da da, 70-115 cm, obtiune inclusa da, 40 grade da, 40 grade da, 30 grade da da, +45-45grade da, 250 kg da da da, 210cm da, 50 cm da da da

	Frîne-4 unități Accesorii obligatorii: Suport mână -1 unități Suport cot-2 unități Cadru anestetic – 1unitate Suport braț cu mișcare orizontală - 1 unități Curea pentru picior - 2 unități Curea pentru abdomen - 1 unități Curea pentru mină - 2 unități Suport pentru operatii brat- 1 unități Tava pentru raze X - 1 unități Sprijin pentru piept - 1 unități Atasament pentru operatii genunchi – 1 unități Atasament public - 1 unități Curea pentru cadru anestetic - 1 unități Operațiuni: Posibilitatea de includere a bateriei interne,a accesoriilor pentru operațiile traumatologice, a accesoriilor pentru operațiile aortoscopice a accesoriilor pentru operațiile spinale. Posibilitatea de conectare la un soft pentru verificarea stării mesei. Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.	da da, EB-04 - 1 buc da, EB-05 – 2 buc da, EB-09 – 1 buc da, EB-14 – 1 buc da, ES-01 – 2 buc da, ES-03 – 1 buc da, ES-04 – 2 buc da, ES-08 – 1 buc da, ES-11 - 1 buc da, ES-12 – 1 buc da, ES-13 – 1 buc da, ES-14 – 1 buc da, ES-19 – 1 buc da, baterie deja inclusa, da da da da da da, 2 ani
Set pentru operații traumatologice	Descrierea tehnica: 2 dispozitive de extensie cu plăci de picior și curele. Accesoriile suplimentare trebuie atașate separat, fixate pe mufele suporturilor pentru picioare. Reglare pentru înălțimea dispozitivelor de extensii: ≥350 mm. Distanța dintre dispozitivele de rulare și extensii de suport 300-1300mm. Reglarea pozițiilor brațelor de rotație 0-180 Reglarea lungimii brațelor atașamentelor ortopedice: ≥600mm. Rol de suport –X-Ray. Fabricat din oțel inoxidabil cu finisaj mat,cu saltea din spumă acoperită cu piele artificială. Include Accesorii obligatorii:	Da, EO-01 – 1 buc da da da da da da

